П Р О Т О К О Л
по чл.54, ал.7 от ППЗОП
№ 1/09.10.2017 г.

На 09.10.2017г. в 08:00 часа комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **"Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК" АД", открита с Решение № 444/30.08.2017г., публикувано обявление в „Официален вестник" на ЕС 2017/S 167-343341– 01.09.2017, в РОП № на поръчката: № 00027-2017-0006**, назначена със Заповед № **499/06.10.2017 г.,** в следния състав:

Председател: : адв. Георги Христов Попов - правоспособен юрист
Членове: Д-р Николай Андреев – лекар със специалност кардиология- Началник КО
Анка Банска – Мед. сестра в Ангиографска лаборатория на КО

Откри публично заседание, в пълен състав от редовни членове, на основание чл. 54 , ал.2 ППЗОП за отваряне на получените оферти в процедурата, като не присъстваха външни лица или участници.

I. Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по чл. 48, ал.6 ППЗОП.

В срока са постъпили 17/седемнадесет/ оферти, подробно описани в „Списък с оферти.

След обявяване на протокола председателят и членовете на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал.2 ЗОП

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание както следва :

1. Участникът с предложение с вх. №7665/28,09,2017г. на Диагностик Имиджинг ООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39 , ал.2 и ал.3,т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „ Предлагани ценови параметри" за позиция № VI. Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката.
Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „ Предлагани ценови параметри". Тъй като не присъстваха участници, документите остават подписани само от комисията.
2. Участникът с предложение с вх. № 7713/29,09,2017г. на " РСР" ЕООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39 , ал.2 и ал.3,т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „ Предлагани ценови параметри" за позиция № I. Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката.
Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „ Предлагани ценови параметри".
3. Участникът с предложение с вх. № 7718/02,10,2017г. на "Инфомед" ЕООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39 , ал.2 и ал.3,т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „ Предлагани ценови параметри" за позиция № VI. Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „ Предлагани ценови параметри". Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката.
4. Участникът с предложение с вх. № 7719/02,10,2017г. на ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща

документите по чл. 39 , ал.2 и ал.3,т.1 от ППЗОП, опис на представените документи , както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „ Предлагани ценови параметри“ за позиция № V. Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката. Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „ Предлагани ценови параметри“.

5. Участникът с предложение с вх. №7827/04,10,2017г. на "Прохелт" ЕООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39 , ал.2 и ал.3,т.1 от ППЗОП, опис на представените документи , както и два отделни запечатани непрозрачни плика с надпис „ Предлагани ценови параметри“ за позиция № II и VI. Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката. Членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликове с надпис „ Предлагани ценови параметри“.

6. Участникът с предложение с вх. № 7830/04,10,2017г. на "Вега Медикал" ЕООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39 , ал.2 и ал.3,т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и пет отделни запечатани непрозрачни плика с надпис „ Предлагани ценови параметри“ за позиции № I, №II, № III, №IV и №V. Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката. Членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликове с надпис „ Предлагани ценови параметри“.

7. Участникът с предложение с вх. № 7844/04,10,2017г. на "Б. Браун Медикал" ЕООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39 , ал.2 и ал.3,т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и три отделни запечатани непрозрачни плика с надпис „ Предлагани ценови параметри“ за позиции №I, № III и №VI. Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката. Членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликове с надпис „ Предлагани ценови параметри“.

8. Участникът с предложение с вх. № 7845/04,10,2017г. на Новимед Кардио ЕООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39 , ал.2 и ал.3,т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и четири отделни запечатани непрозрачни плика с надпис „ Предлагани ценови параметри“ за позиции №II, № III, №V и №VI. Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката. Членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликове с надпис „ Предлагани ценови параметри“.

9. Участникът с предложение с вх. № 7858/04,10,2017г. на " БУЛФАРМА" ООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39 , ал.2 и ал.3,т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „ Предлагани ценови параметри“ за позиция № V. Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката.
Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „ Предлагани ценови параметри“.

10. Участникът с предложение с вх. № 7861/05,10,2017-08,50ч. на "Медихелп" ЕООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39 , ал.2 и ал.3,т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и два отделни запечатани непрозрачни плика с надпис „ Предлагани ценови параметри“ за позиции № III и №V. Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката. Членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликове с надпис „ Предлагани ценови параметри“.

11. Участникът с предложение с вх. № 7862/05,10,2017-08,55ч. на „Фьоникс Фарма“ ЕООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39 , ал.2 и ал.3,т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и два отделни запечатани непрозрачни плика с надпис „ Предлагани ценови параметри“ за

позиции № III и №VI. Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката. Членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликове с надпис „ Предлагани ценови параметри“.

12. Участникът с предложение с вх. № 7865/05,10,2017-09,10ч.на "АГАРТА - ЦМ " ЕООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39 , ал.2 и ал.3,т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „ Предлагани ценови параметри“ за позиция № VI. Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката.
Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „ Предлагани ценови параметри“.

13. Участникът с предложение с вх. № 7866/05,10,2017-10,00ч. на "ЕКОС МЕДИКА" ООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39 , ал.2 и ал.3,т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и шест отделни запечатани непрозрачни плика с надпис „ Предлагани ценови параметри“ за позиции№I, №II, № III, №IV, №V и №VI. Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката. Членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликове с надпис „ Предлагани ценови параметри“.

14. Участникът с предложение с вх. № 7867/05,10,2017-10,05ч. на Алекс 01 ЕООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39 , ал.2 и ал.3,т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и шест отделни запечатани непрозрачни плика с надпис „ Предлагани ценови параметри“ за позиции№I, №II, № III, №IV, №V и №VI. Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката. Членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликове с надпис „ Предлагани ценови параметри“.

15. Участникът с предложение с вх. № 7868/05,10,2017-10,10ч. на Невро Коронари Периферал Дивайсис ООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39 , ал.2 и ал.3,т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и два отделни запечатани непрозрачни плика с надпис „ Предлагани ценови параметри“ за позиции №II и №VI. Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката. Членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликове с надпис „ Предлагани ценови параметри“.

16. Участникът с предложение с вх. № 7869/05,10,2017-10,15ч. на "Медимаг" ЕООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39 , ал.2 и ал.3,т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и два отделни запечатани непрозрачни плика с надпис „ Предлагани ценови параметри“ за позиции №I и №III. Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката. Членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликове с надпис „ Предлагани ценови параметри“.

17. Участникът с предложение с вх. № 7902/05,10,2017-13,00ч. на "Софарма Трейдинг" АД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39 , ал.2 и ал.3,т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и четири отделни запечатани непрозрачни плика с надпис „ Предлагани ценови параметри“ за позиции №I, №II, №III и №VI. Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката. Членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликове с надпис „ Предлагани ценови параметри“.

След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичната част на заседанието.

II. Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите по чл. 39 , ал.2 ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за

подбор, поставени от възложителя, и констатира следното : ***Представени са*** **всички необходими документи и всички участници отговарят на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Данните, посочени в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) са в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя и покриват поставените критерии за подбор за всички участници;**
Всички предложения единодушно се допускат до разглеждане на техническите предложения.
Тъй като не се налага прилагането на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията закри заседанието и насрочи следващото за 19.10.2017г. за разглеждане на техническите предложения на участниците.

Председател: : адв. Георги Христов Попов - правоспособен юрист
Членове: Д-р Николай Андреев – лекар със специалност кардио
Анка Банска – Мед. сестра в Ангиографска лаборатория на

П Р О Т О К О Л
№2/ 19.10.2017г.

за разглеждане на техническите предложения

На 19.10.2017г. в 08:00 часа комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **"Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК" АД", открита с Решение № 444/30.08.2017г., публикувано обявление в „Официален вестник" на ЕС 2017/S 167-343341– 01.09.2017, в РОП № на поръчката: № 00027-2017-0006**, назначена със Заповед № **499/06.10.2017 г.,** в следния състав:

Председател: : адв. Георги Христов Попов - правоспособен юрист
Членове: Анка Банска – Мед. сестра в Ангиографска лаборатория на КО
Резервен член: Д-р Петър Лазов – лекар със специалност инвазивна кардиология в КО

I. Комисията откри заседанието си в пълен състав, като редовният член д-р Николай Андреев **беше заместен с резервен член д-р Петър Лазов**, поименно посочен в Заповед № 499/06.10.2017 г., съгласно чл.51, ал.1 ППЗОП. Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по чл. 48, ал.6 ППЗОП, както и „Списък с оферти", след което **д-р Петър Лазов** подписа декларация по чл. 103, ал.2 ЗОП.

II. Комисията пристъпи към разглеждане на технически предложения по реда на тяхното входиране за съпоставянето им с Техническата спецификация и изисквания на Възложителя, както следва:

1. Участникът с предложение с вх. №7665/28,09,2017г. на Диагностик Имиджинг ООД е представил:
- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №VI– включващо и срок за доставка- до 24 часа,
За номенклатурни единици – 15,16 и 17, придружено от **извадка от проспект, доказващи съответствието с техническите характеристики, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за** оферираните **медицински изделия.**
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор *(Приложение №3)*;
- декларация за срока на валидност на офертата*(Приложение №4)*;
- Декларации по образец *(Приложение №5)*
Комисията установи, предложението отговаря напълно на всички заложени изисквания, има пълно съответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на медицинските изделия с оферираните продукти. Представените документи съдържат данни за съответствие със заложените характеристики.
Комисията единодушно реши: допуска участникът **Диагностик Имиджинг ООД** до разглеждане на ценови предложения.

2. Участникът с предложение с вх. № 7713/29,09,2017г. на " РСР" ЕООД е представил
- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №I– включващо и срок за доставка- до 24 часа,
За номенклатурни единици – 8,9,10,11,12,13,14 и 15, придружено **от каталози, доказващи съответствието с техническите характеристики, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за** оферираните **медицински изделия.**
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор *(Приложение №3)*;
- декларация за срока на валидност на офертата*(Приложение №4)*;
- Декларации по образец *(Приложение №5)*
Комисията установи, предложението отговаря напълно на всички заложени изисквания, има пълно съответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на медицинските

изделия с оферираните продукти. Представените документи съдържат данни за съответствие със заложените характеристики.
Комисията единодушно реши: допуска участникът **" РСР" ЕООД** до разглеждане на ценови предложения.

3. Участникът с предложение с вх. № 7718/02,10,2017г. на "Инфомед" ЕООД е представил
- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №VI– включващо и срок за доставка- до 24 часа,
За номенклатурни единици – 6,7 и 8- придружено от **извадки от каталози, доказващи съответствието с техническите характеристики, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за** оферираните **медицински изделия.**
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор *(Приложение №3)*;
- декларация за срока на валидност на офертата*(Приложение №4)*;
- Декларации по образец *(Приложение №5)*
- Опис на представените мостри
Комисията установи, предложението отговаря напълно на всички заложени изисквания, има пълно съответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на медицинските изделия с оферираните продукти. Представените документи съдържат данни за съответствие със заложените характеристики. Мострите бяха използвани от комисията Мострите бяха използвани за определяне съответствието на предлаганите продукти с изискванията на Възложителя, като ако останат неразопаковани те се връщат на участника, ако им се наруши оригиналният вид ще бъдат заплатени от Възложителя, съгласно чл. 32 от ППЗОП. Установи се, че мострите съответстват на изискванията и са представени по указания начин.
Комисията единодушно реши: допуска участникът **"Инфомед" ЕООД** до разглеждане на ценови предложения.

4. Участникът с предложение с вх. № 7719/02,10,2017г. на ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД е представил
- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №V– включващо и срок за доставка- до 24 часа,
За номенклатурни единици – 1,2 и 3- придружено от извадки от каталози, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за оферираните медицински изделия.
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор *(Приложение №3)*;
- декларация за срока на валидност на офертата*(Приложение №4)*;
- Декларации по образец *(Приложение №5)*
Комисията установи следните несъответствия:

- позиция V - Коронарни стентове- №1- Коронарен стент : материал: кобалт-хром; дизайн: двоен хелиокоидален, съотношение метал:свободно пространство: 16/13% и 12/11%,дебелина на стратовете:0,0024",преминаващ профил:0,037"дължина на шафта:140cm маркери:platinum iridium ,набити покритие: PROBIO /силиконов карбид/ Диаметри: 2.0-5.0 дължини: 9-13-15-18-20-22-26-30-35-40- предложението не отговаря на следните технически характеристики: **липсва Диаметър 5.0 мм** – на стр. 35 от предложението е до 4.5 мм; **Липсват дължини 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30 и 35 мм** – видно от стр. 35; **Липсва преминаващ профил:0,037"**- на стр. 33 от предложението е 0,039"; **липсват данни за двоен хелиокоидален дизайн; липсват данни за покритие: PROBIO /силиконов карбид.**
- позиция V - Коронарни стентове – №2- Медикамент излъчващ стент: Медикамент: Sirolimus материал: кобалт-хром, L-605 дизайн: двоен хелиокоидален пасивно покритие: PROBIO /силиконов карбид/ активно покритие: BIOlute- биорезурбируем полимер, дебелина на стратовете:0,0024" доза: 50-250μg в зависимост от размера дължина на шафта:140cm маркери:platinum iridium, набити диаметри: 2.25-2.5-2.75-3.0-3.5-4.0 ", Дължини: 9-13-15-18-22-26-30-35-40"- предложението не отговаря на следните технически характеристики: **Липсват дължини 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30 и 35 мм** – видно от стр. 44; **липсват данни за**

двоен хелиокоидален дизайн; липсват данни за покритие: PROBIO /силиконов карбид/; липсват данни за доза на активното вещество: 50-250µg в зависимост от размера.

- позиция V - Коронарни стентове – №3- Медикамент излъчващ стент: Материал на стента: кобалт- хром L605. Дебелина-65µm или 0,0026“. Дизайн на стента-хибридна клетка дизайн със смесица от тесни клетки в краищата и отворена клетка в средата на сегмента; Надвес на балона-кратко скосена надвиснал балон с по- малко от 0,5мм. Лекарство- Сиролимус 1,25µgm/mm²; Фармакокинетика-75% отделяне на лекарство за 15 дни и 100% отделяне на лекарство за 30 дни; Полимер-поли млечна киселина и поли гликолова киселина;разграждане на полимера-40-50 дни; съотношение между метал и артерия-14% среден размер на отворена клетка-8мм²; диаметър на стента-2,00;2,25; 2,50;2,75;3,00;3,50;4,00;4,50; дължина на стента в мм-8,13,16,19,24,29,32,37,40,44,48; налягане-9 атм.RBP-16 атм; за 2,50 до 4,00мм диаметър и 14 атм. За 4,50мм диаметър; максимален водач-0,014“(0,36mm).съвместимост на употреба на катетър -5F; пресичащ профил за 3,00мм диаметър-0,039“, отклонение- <3%; предно скъсяване-0,29% - **предложението не отговаря на следните технически характеристики: Липсват дължина на стента в мм-13,19,29 и 37– видно от стр. 44; липсват данни за Дизайн на стента-хибридна клетка дизайн със смесица от тесни клетки в краищата и отворена клетка в средата на сегмента; липсват данни за Надвес на балона-кратко скосена надвиснал балон с по- малко от 0,5мм.; липсват данни за дозата на Лекарство-Сиролимус 1,25µgm/mm² и Фармакокинетика-75% отделяне на лекарство за 15 дни и 100% отделяне на лекарство за 30 дни; липсват данни за съотношение между метал и артерия-14% среден размер на отворена клетка-8мм²; налягане-9 атм.; предно скъсяване-0,29%.**

При спазване на разпоредбите на чл. 104, ал.5, изречение трето от ЗОП комисията единодушно прие, че не е приложимо да бъдат изисквани разяснения за установените несъответствия, тъй като това би довело до промяна в техническото предложение на участниците.

Така установените несъответствия, описани по горе, между посочените в техническата спецификация характеристики на медицински изделия и оферираните продукти, комисията категорично счита, че правят предложението неподходящо и участникът не се допуска до оценяване и класиране.

5. Участникът с предложение с вх. №7827/04,10,2017г. на "Прохелт" ЕООД е представил
- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №II– включващо и срок за доставка- до 20 часа,

За номенклатурни единици – 2 и7 - придружено от **извадки от каталози, доказващи съответствието с техническите характеристики, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за** оферираните **медицински изделия.**
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор *(Приложение №3)*;
- декларация за срока на валидност на офертата*(Приложение №4)*;
- Декларации по образец *(Приложение №5)*

Комисията установи, предложението отговаря напълно на всички заложени изисквания, има пълно съответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на медицинските изделия с оферираните продукти. Представените документи съдържат данни за съответствие със заложените характеристики.
- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №VI– включващо и срок за доставка- до 20 часа,

За номенклатурни единици –8 и 9 - придружено от **извадки от каталози, доказващи съответствието с техническите характеристики, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за** оферираните **медицински изделия.**
- Опис на представените мостри
Комисията установи, предложението отговаря напълно на всички заложени изисквания, има пълно съответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на медицинските изделия с оферираните продукти. Представените документи съдържат данни за съответствие със заложените характеристики.
Комисията единодушно реши: допуска участникът "Прохелт" ЕООД **до разглеждане на ценови предложения за всички негови предложения.**

6. Участникът с предложение с вх. № 7830/04,10,2017г. на "Вега Медикал" ЕООД е представил: - **документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;**
- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №I– включващо и срок за доставка- до 24 часа,
За номенклатурни единици – 3, 4, 7, 16 и 17 - придружено от извадки от каталози, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за оферираните медицински изделия.
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Приложение №3);
- декларация за срока на валидност на офертата(Приложение №4);
- Декларации по образец (Приложение №5)
Комисията установи следните несъответствия:

- **позиция №I - №3-** Водач -PTCA, 0,014"; J и прав връх, дистална сърцевина-Duraseel, полимерно покритие по цялата дължина;хидрофилно покритие Hydrocoat, наличие на спираловиден сегмент,core-to-tip дизайн на върха; дължина на дисталния рентгеновопозитивен оплетен сегмент-30мм, модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобен контрол на въртене-responsease технология, три различни степени на опора- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: няма данни на стр. 44-45 за: полимерно покритие по цялата дължина; хидрофилно покритие Hydrocoat; спираловиден сегмент, core-to-tip дизайн на върха; дължина на дисталния рентгеновопозитивен оплетен сегмент-30мм; модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобен контрол на въртене-responsease технология;**
- **позиция №I - №4-** Водач -PTCA, 0,014';190/300см J и прав връх, дистална сърцевина-Durasteel полимерно покритие по цялата дължина, хидрофилно покритие Hydrocoat, наличие на спираловиден сегмент, core-to-tip дизайн на върха;дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент-30мм; наличие на допълнителен 2мм маркер;модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобрен контрол на въртене -responsease технология, различни степени на твърдост на върха- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: няма данни на стр. 46-47 за: полимерно покритие по цялата дължина; хидрофилно покритие Hydrocoat; спираловиден сегмент,core-to-tip дизайн на върха; дължина на дисталния рентгеновопозитивен оплетен сегмент-30мм; модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобен контрол на въртене-responsease технология; наличие на допълнителен 2мм маркер;**
- **позиция №I - № 7 -** PTCA водач 0,014" Коронарен дилатационен водач за комплексна анатомия,DUO-CORE технология в конструкциста-силиконово покритие върху връзката между стоманена дръжка и нитинолов дистален край, дистален shape-нитинолова спирала с платинена върхова част, 40см M-coat дистално хидрофилно покритие, Дължина на водача-180цм,Тежест-Floppy-1,0g, Intermediate-3,6g, Hypercoat-1,0g, Extra Floppy-0,6g. - **предложението не отговаря на следните технически характеристики: няма данни на**

стр. 48-49 за: DUO-CORE технология в конструкцията-силиконово покритие върху връзката между стоманена дръжка и нитинолов дистален край; дистален shape-нитинолова спирала с платинена върхова част; 40см M-coat дистално хидрофилно покритие; Тежест-Floppy-1,0g, Intermediate-3,6g, Hypercoat-1,0g, Extra Floppy-0,6g.

- **позиция №I - № 16** - Диагностичен водач, хибридна оплетка от неръждаема стомана, брайт тип, найлоново покритие, PTFE вътрешно покритие, рентгено позитивен връх, пет-сегментен дизайн; J-памет, диаметър 0.035", дължина от 150 до 260 см, J тип и прави. - **предложението не отговаря на следните технически характеристики: няма данни на стр. 50-51 за: хибридна оплетка от неръждаема стомана, брайт тип; рентгено позитивен връх; пет-сегментен дизайн; J-памет.**
- **позиция №I - № 17** - Диагностичен водач, хибридна оплетка от неръждаема стомана, рентгено позитивен връх, найлоново покритие, PTFE (polytetrafluoroethylene) вътрешно покритие, лесно оформяне с пръсти и J-памет, твърд/екстра-твърд/ултра-твърд, 0,035", дължина от 150 см до 260 см, J-тип и прав - **предложението не отговаря на следните технически характеристики: няма данни на стр. 50-51 за: хибридна оплетка от неръждаема стомана; рентгено позитивен връх; J-памет.**

- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №II– включващо и срок за доставка- до 24 часа,

За номенклатурни единици – 1, 2, 3, 6 и 7 - придружено от извадки от каталози, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за оферираните медицински изделия.

Комисията установи следните несъответствия:

- **позиция №II - № 1-** Диагностични катетри 4,5,6F със SUS-brade/ усилени/ и M-хидрофилно покритие /включително специални радиални катетри Tiger I,II - удобен за диагностика на двете коронарни артерии при ОМИ, ElGamal-2, AL type NTR/ - **предложението не отговаря на следните технически характеристики: Липсват катетър 4F – видно от стр. 76-77; липсват данни за M-хидрофилно покритие; SUS-brade/ усилени/; радиални катетри Tiger I,II - удобен за диагностика на двете коронарни артерии при ОМИ ,ElGamal-2, AL type NTR**
- **позиция №II - № 2-** Водещи катетри за PTCA - **предложението не отговаря на основна техническа характеристика: Водещи катетри, като видно от стр. 79-80 е предложено водещи дезилета.**
- **позиция №II - № 3-** Водещи катетри за PTCA - **предложението не отговаря на основна техническа характеристика: Водещи катетри, като видно от стр. 81-82 е предложено интрадюсери.**
- **позиция №II - № 6-** 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr съвместим - тромбаспирационен катетър за коронарни и периферни артериални съдове, дължина на заобления и атравматичен връх 6 мм, дистално M-coat хидрофилно покритие - 40 см; 1 мм Ro маркер на 4 мм от върха, 10 cm дълбочинен маркер на 90 см от върха, 140 см дължина, съвместим с 0,014" водач, входен профил - 0,019", екстракционна повърхност за 6 Fr - 0.95 мм и 1.32 мм за 7 Fr, Диаметър на шафта външен: дистален - 5,1 Fr за 6 Fr - 5,9 Fr за 7 Fr , със премонтиран стилет за по-добра опора и проходимост, RX сегмент - 23 см - **предложението не отговаря на следните технически характеристики: Липсват 8F – видно от стр. 83-86; дистално M-coat хидрофилно покритие - 40 см; Диаметър на шафта външен: 5,9 Fr за 7 Fr ; липсват данни за: 1 мм Ro маркер на 4 мм от върха, 10 cm дълбочинен маркер на 90 см от върха ; входен профил - 0,019", екстракционна повърхност; премонтиран стилет за по-добра опора и проходимост, RX сегмент - 23 см.**
- **позиция №II - № 7-** Тромбаспирационен катетър Мек, къс, скосен, термично обработен връх Full-Wall технология на метална оплетка за по-добър контрол при въртене Два диаметъра на катетъра, съвместими с 6 и 7F въвеждащи катетри, и с водач 0.014 Скорост на аспирация 45мл/мин за 6Fи 92мл/мин за 7F Дължина при 6F - 140 см; при 7F - 145 см- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: Липсват**

Дължина при 7F - 145 см., видно от стр. 86; липсват данни за: термично обработен връх; Full-Wall технология на метална оплетка; Скорост на аспирация 45мл/мин за 6Fи 92мл/мин за 7F;

- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №III– включващо и срок за доставка- до 24 часа,

За номенклатурни единици – 2, 3, 4, 5 и 6 - придружено от извадки от каталози, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за оферираните медицински изделия.

Комисията установи следните несъответствия:

- **позиция №III - № 2-** Балон-катетър за PTCA, пре-дилатация; съвместим с 0,014' водач; 5F водещ катетър; монорейл система или OTW; 3- segmenten;размери-1,2-5,0; преминаващ профил-0,021'; профил на върха-0,017'; полиуретан Slim seal технология и връх тип transitionless; материал на балона XCELON-S (Pebax); маркери- Tungsten флексибилни номинално налягане- 8bar/ATM; RBP-14bar/ATM./ - **предложението не отговаря на следните технически характеристики: Липсват размери-1,2 и 5,0 мм – видно от стр. 99-104; номинално налягане- 8bar/ATM; липсват данни за преминаващ профил; профил на върха-0,017'; полиуретан Slim seal технология и връх тип transitionless;**
- **позиция №III - № 3-** Non-Compliant коронарен балон за акуратно високо налягане, пре и постдилатация с 2 рентген непрозрачни и 2 дълбочинни маркера; иновативна Трипластова /ЕПЕ/ технология за по-голяма твърдост на балона, M-coat хидрофилно покритие на балона-дължина - 145 см; Нисък входен профил – 0,43 мм, удобен за 'kissing balloon" техника през 6 Fr водещ катетър, Проксимален шафт – 1,9 Fr от неръждаема стомана, Дистален шафт – 2,6 Fr, Номинално налягане – 12 атм, RBP – 22 атм, диаметри 2.0/2.25/2.50/2.75/3.00/3.25/3.50/3.75/4.00/4.50/5.00; дължини 6/8/12/15/20/25/30 мм - **предложението не отговаря на следните технически характеристики: Не е Non-Compliant коронарен балон за акуратно високо налягане; Липсват размери за дължини и диаметри – видно от стр. 99-104; номинално налягане- 12 атм,; Трипластова /ЕПЕ/ технология за по-голяма твърдост на балона.**
- **позиция №III - № 4-** Коронарен балон за високо налягане Материал на балона SCP(semi cristalline cf-polimer)Дизайн на шафта:Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission) Профил на върха:0,018" Диаметър на дисталния шафт:2.6F(2.0-3.5mm),2.7F(4.0-5.0mm) маркери :Iridium,набити–(по 2 за всички размери) Покритие: хидрофилно на дисталния шафт, балона и върха;специална технология на нанасяне на покритието само върху външната повърхност на пликите на балона(Patchwork) NP:14atm;RBP:20atm(18atm-4.0-5.0mm)Размери :2,0-2,25-2,5-2,75-3,0-3,25-3,5-3,75-4,0-4,5-5,0mm/8-12-15-20-30mm Работеща дължина :145см Водещ катетър:5F- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: Не е Коронарен балон за високо налягане; Липсват размери за дължини и диаметри – видно от стр. 99-104; NP:14atm; RBP:20atm(18atm-4.0-5.0mm); липсват данни за: Дизайн на шафта:Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission) Профил на върха:0,018"; специална технология на нанасяне на покритието само върху външната повърхност на пликите на балона(Patchwork);**
- **позиция №III - № 5-** Балон покрит с медикамент Профил на върха:0,017" Дизайн на шафта:HypotubeEFT(Enhanced Force Transmission)Диаметър на шафт:2,5F(2,0-3,5mm),2,6F(4,0mm)Маркери:два платина- иридий Работна дължина:140см Водещ катетър:5F Покритие: Медикамент: Паклитаксел(Paclitaxel)Доза на медикамента:3,0μg/mm² Матрица:Паклитаксел и Бутирил-три-хексил цитрат Покрита повърхност Цилиндрични и конусовидни раздели на балона;надминаващи проксималния и дисталния маркер Време за излъчване на медикамента: 30сек.- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 105-111 за: Матрица:Паклитаксел и Бутирил-три-хексил цитрат; Покрита повърхност Цилиндрични и конусовидни раздели на**

балона; надминаващи проксималния и дисталния маркер; Диаметър на шафт:2,5F(2,0-3,5mm),2,6F(4,0mm)

- **позиция №III - № 6 -** Паклитаксел излъчващ PTCA балон катетър с матрично покритие от Paclitaxel и Lopromide с проксимален шафт – 1,9F, дистален шафт - 2.5F, дължина – 145 см, брахиален и феморален маркер – 100 см и 110 см , съвместим с водещ катетър 5F, съвместим с водач 0.014", профил на върха – 0,016", профил на преминаване: 0,031"- 0,033", номинално налягане: 6 атм., максимално налягане: 14 атм., размери: диаметри 2.0мм, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм с дължина 10 мм, 15мм, 20 / 17мм, 25мм, 30мм, 35мм, 40мм - **предложението не отговаря на следните технически характеристики: Липсват размери за дължина на шафт – 145 см; дължина на балона 35мм, 40мм; липсват данни на стр. 105-111 за: проксимален шафт – 1,9F, дистален шафт - 2.5F ; матрично покритие от Paclitaxel и Lopromide; брахиален и феморален маркер – 100 см и 110 см; профил на преминаване: 0,031"- 0,033"; номинално налягане: 6 атм., максимално налягане: 14 атм.;**

- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №IV– включващо и срок за доставка- до 24 часа,
За номенклатурна единица – 3 - придружено от извадки от каталози, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за оферираните медицински изделия.
Комисията установи следните несъответствия:

- **позиция №IV- № 3-**Интродюсер сет с хидрофилно покритие-М-коут дериват и скосен връх на дилататора; размер 4,5,6,7 F; дължина 70мм,100мм, 160мм "cross cut" силиконова хемостатична клапа,"snap-on-click of-dilator lock" система, цветови кодове за различните размери, съвместими с 0,018", 0,021",0,025" водач **предложението не отговаря на следните технически характеристики: Липсват на стр. 131 размери за: дължина 100мм, 160мм; липсват данни за: хидрофилно покритие-М-коут; скосен връх на дилататора; "cross cut" силиконова хемостатична клапа,"snap-on-click of-dilator lock" система; съвместими с 0,021",0,025" водач.**

- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №V– включващо и срок за доставка- до 24 часа,
За номенклатурни единици – 1, 2, 4, 6 и 7 - придружено от извадки от каталози, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за оферираните медицински изделия.
Комисията установи следните несъответствия:

- **позиция №V- № 1-** Коронарен стент : материал: кобалт-хром; дизайн: двоен хелиокоидален, съотношение метал:свободно пространство: 16/13% и 12/11%,дебелина на стратовете:0,0024",преминаващ профил:0,037"дължина на шафта:140cm маркери:platinum iridium ,набити покритие: PROBIO /силиконов карбид/ Диаметри: 2.0-5.0 дължини: 9-13-15-18-20-22-26-30-35-40- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: Предложеният на стр. 160-168 стент е със система излъчващо лекарство, което не съответства на спецификацията за кобалт-хром, без лекарствено покритие.**

- **позиция №V- № 2-** Медикамент излъчващ стент: Медикамент: Sirolimus материал: кобалт-хром, L-605 дизайн: двоен хелиокоидален, пасивно покритие: PROBIO /силиконов карбид/ активно покритие: BIOlute- биорезурбируем, "полимер дебелина на стратовете:0,0024"

доза: 50-250µg в зависимост от размера дължина на шафта:140cm маркери:platinum iridium, набити диаметри: 2.25-2.5-2.75-3.0-3.5-4.0 ", Дължини: 9-13-15-18-22-26-30-35-40- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: Липсват на стр. 160-169: Медикамент: Sirolimus; Дължини: 13-15-18-22-26-30-35-40; липсват данни за: дизайн: двоен хелиокоидален; пасивно покритие: PROBIO /силиконов карбид/; дебелина на стратовете:0,0024"; доза: 50-250µg в зависимост от размер; маркери:platinum iridium, набити.**

- **позиция №V- № 4-** Бифуркационна стент-система. Материал: Кобалт-хром; Маркери: Платина/Иридий; Дебелина на стратове: 0.0033"; Дължина: 19 / 18 mm. Диаметър (SideBranch – Main Branch): 2.5-2.5/2.5-3.0/2.5-3.5/3.0-3.5/3.5-4.0 mm; Катетър: 5F; Nominal Pressure: 8/10 atm; RBP: 14 atm.Основен клон: 8 mm; Преход: 4,5 mm; Страничен клон: 6,5 mm;- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: Предложеният на стр. 170-175 стент не е Бифуркационна стент-система, което не съответства на спецификацията.**

- **позиция №V- № 6-** Система с излъчващо сиролимус резорбируемо коронарно магнезиево скеле Материал на скелето:патентована магнезиева сплав Маркери:два танталиеви във всеки край Активно покритие:биорезурбируем полимер(PPLA) и сиролимус Доза на лекарството:1,4µg/mm² Препоръчителен водещ катетър:6F(мин.I.D. 0.070")Преминаващ профил:1.5mm Дължина на шафта:140cm Материал на балона:SCR(semi cristalline co-polymer) диаметри:3.0 и 3.5mm дължини:15-20-25mm- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: Предложеният на стр. 170-175 стент не е Система с излъчващо сиролимус резорбируемо коронарно магнезиево скеле; Материал на скелето:патентована магнезиева сплав, което не съответства на спецификацията.**

- **позиция №V- № 7-** Лекарствено излъчваща скосена SIROLIMUS коронарна стент система.Материал-кобалт-хромL605,дебелина на стратовете-65микрометра/0,065мм или 0,0026 инча/ Диаметри на стента:2,75-2,25;3,00-2,50;3,50-3,00мм.Дължини-30,40,50,60мм.Среден отстъп-3%.Среден ракурс-0,29%. Лекарство-SIROLIMUS.Еквивалентна доза на медикамента-1,25микрограма на кв.мм.Полимер-биоразградим и биосъвместим.Доставяща система-бърз обмен.Номинално налягане-9 атмосфери.Номинално налягане на скъсване-мах 14 атм.Надвес на балона-< 0,5мм.Външен диаметър на катетъра-проксимален 2,13F,дистален-2,7F.Рентгено-контрастни маркери-2-платина/иридий.Използваема дължина на катетъра-142см.Съвместимост на водещия катетър-5F.Максимален водач-0,014инча/0,36мм/- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: Предложеният на стр. 170-175 стент не е скосена SIROLIMUS коронарна стент система, като предложението е само с един и същ диаметър проксимален и дистален, няма скосяване, което не съответства на спецификацията.**

Така установените несъответствия, описани по горе, между посочените в техническата спецификация характеристики на медицински изделия и оферираните продукти, комисията категорично счита, че правят предложението на "Вега Медикал" ЕООД неподходящо и участникът не се допуска до оценяване и класиране.

7. Участникът с предложение с вх. № 7844/04,10,2017г. на "Б. Браун Медикал" ЕООД е представил:
- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №I– включващо и срок за доставка- до 24 часа,
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Приложение №3);
- декларация за срока на валидност на офертата(Приложение №4);
- Декларации по образец (Приложение №5)
За номенклатурни единици – 1,2, 4, 16 и 17 - придружено от придружено от извадки от каталози, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за оферираните медицински изделия.
Комисията установи следните несъответствия:

- **позиция I- № 1 и 2- Диагностични водачи - хидрофилно покритие "M coat"- предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 39 за хидрофилно покритие "M coat".**
- **позиция I- № 4-** Водач -PTCA, 0,014';190/300см J и прав връх, дистална сърцевина-Durasteel полимерно покритие по цялата дължина, хидрофилно покритие Hydrocoat, наличие на спираловиден сегмент, core-to-tip дизайн на върха;дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент-30мм; наличие на допълнителен 2мм маркер;модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобрен контрол на въртене -responsease технология, различни степени на твърдост на върха- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: Липсват на стр.40-41 дължина 300см.; липсват данни за: дистална сърцевина-Durasteel; core-to-tip дизайн на върха; наличие на допълнителен 2мм маркер;модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобрен контрол на въртене -responsease технология.**
- **позиция I- № 16 -** Диагностичен водач, хибридна оплетка от неръждаема стомана, брайт тип, найлоново покритие, PTFE вътрешно покритие, рентгено позитивен връх, пет-сегментен дизайн; J-памет, диаметър 0.035", дължина от 150 до 260 см, J тип и прави.- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват на стр. 39 данни за: пет-сегментен дизайн; рентгено позитивен връх; найлоново покритие.**
- **позиция I- № 17 -** Диагностичен водач, хибридна оплетка от неръждаема стомана, рентгено позитивен връх, найлоново покритие, PTFE (polytetrafluoroethylene) вътрешно покритие, лесно оформяне с пръсти и J-памет, твърд/екстра-твърд/ултра-твърд, 0,035", дължина от 150 см до 260 см, J-тип и прав.- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват на стр. 39 данни за: рентгено позитивен връх; найлоново покритие.**

- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №III– включващо и срок за доставка- до 24 часа,
За номенклатурни единици – 6, 7 и 11 - придружено от извадки от каталози, доказващи съответствието с техническите характеристики, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за оферираните медицински изделия.
Комисията установи, предложението отговаря напълно на всички заложени изисквания, има пълно съответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на медицинските изделия с оферираните продукти. Представените документи съдържат данни за съответствие със заложените характеристики.
- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №VI– включващо и срок за доставка- до 24 часа,
За номенклатурни единици –1, 3 и 28 - придружено от **извадки от каталози, мостра, доказващи съответствието с техническите характеристики, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за** оферираните **медицински изделия.**
- Опис на представените мостри

Комисията установи, предложението отговаря напълно на всички заложени изисквания, има пълно съответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на медицинските изделия с оферираните продукти. Представените документи съдържат данни за съответствие със заложените характеристики.
Комисията единодушно реши: допуска участникът **"Б. Браун Медикал" ЕООД** до разглеждане на ценови предложения за всички негови предложения с изключение на:

- **позиция I- № 1, 2, 4, 16 и 17 - поради установените несъответствия, описани по горе, между посочените в техническата спецификация характеристики на медицински изделия и оферираните продукти, комисията категорично счита, че са неподходящи и участникът не се допуска за тях до оценяване и класиране.**

8. Участникът с предложение с вх. № 7845/04,10,2017г. на Новимед Кардио ЕООД е представил:
- документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №II– включващо и срок за доставка- до 24 часа,
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Приложение №3);
- декларация за срока на валидност на офертата(Приложение №4);
- Декларации по образец (Приложение №5)

За номенклатурни единици – 2, 3, 7 и 8 - придружено от придружено от извадки от каталози, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за оферираните медицински изделия.
Комисията установи следните несъответствия:

- **позиция II- № 2-** Водещи катетри за PTCA,при 5F-0,058", 6F-0,071';7F-0,081";8F-0,090";Full-Wall технология на метална оплетка за по-добър контрол при въртене.Вградена гладка метална оплетка, мек връх;Vest-Tech Nylon технология за повишена рентгенова видимост. Позволяващ метод Kissing Balloon Стандартна дължина 100 см, наличие при някои на 55 см, 90 см Странични отвори- по избор (SH)- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 34-35: 6F-0,071'; Full-Wall технология на метална оплетка; Вградена гладка метална оплетка; дължина 100 см.**
- **позиция II- № 3-** Водещи катетри с ID 5 Fr = 0.058"; 6 Fr = 0.071", 7 Fr = 0.082",8 Fr =0.091", Zone технология, вътрешна оплетка от стоманени нишки /технология за устойчивост при усукване /мек атравматичен връх, специални радиални профили тип Bypas, Tiger, 100 см, 125 cm, 6 Fr MPA, с хидрофилно покритие с изключение на дисталните 7 см и проксималните 25 см, без и със странични дупки.- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 34-35: 6F-0,071'; с хидрофилно покритие ; Zone технология; специални радиални профили тип Bypas, Tiger; дължина.**
- **позиция II- № 7-** Тромбаспирационен катетър Мек, къс, скосен, термично обработен връх Full-Wall технология на метална оплетка за по-добър контрол при въртене Два диаметъра на катетъра, съвместими с 6 и 7F въвеждащи катетри, и с водач 0.014 Скорост на аспирация 45мл/мин за 6Fи 92мл/мин за 7F Дължина при 6F - 140 см; при 7F - 145 см.- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 39-40: Мек, къс, скосен, термично обработен връх Full-Wall технология на метална оплетка; Скорост на аспирация 45мл/мин за 6Fи 92мл/мин за 7F.**
- **позиция II- № 8-** Коронарен микро-водещ катетър за хронични оклузии и максимално дистални лезии, SS braid технология осигуряваща изключителна устойчивост, хидрофилен M-coat /без проксималните 60 см/, дължина 130 или 150 см, ултра нисък дистален профил 1,8 Fr, проксимален профил - 2.6 Fr, златен маркер на 0,7мм от върха.- **предложението не**

отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 45-47: SS braid технология осигуряваща изключителна устойчивост; хидрофилен M-coat /без проксималните 60 см; ултра нисък дистален профил 1,8 Fr;. златен маркер на 0,7мм от върха.

- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №III– включващо и срок за доставка- до 24 часа,

За номенклатурни единици – 4, 6, 10 и 11 - придружено от придружено от извадки от каталози, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за оферираните медицински изделия.

Комисията установи следните несъответствия:

- **позиция III- № 4-** Коронарен балон за високо налягане Материал на балона SCP(semi cristalline cf-polimer)Дизайн на шафта:Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission) Профил на върха:0,018" Диаметър на дисталния шафт:2.6F(2.0-3.5mm),2.7F(4.0-5.0mm) маркери :Iridium,набити–(по 2 за всички размери) Покритие: хидрофилно на дисталния шафт, балона и върха;специална технология на нанасяне на покритието само върху външната повърхност на пликите на балона(Patchwork) NP:14atm;RBP:20atm(18atm-4.0-5.0mm)Размери :2,0-2,25-2,5-2,75-3,0-3,25-3,5-3,75-4,0-4,5-5,0mm/8-12-15-20-30mm Работеща дължина :145см Водещ катетър:5F- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 56: Размери 20-30mm; Работеща дължина :145см; NP:14atm; Материал на балона SCP(semi cristalline cf-polimer); Дизайн на шафта:Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission) Профил на върха:0,018"; Покритие: хидрофилно на дисталния шафт, балона и върха;специална технология на нанасяне на покритието само върху външната повърхност на пликите на балона(Patchwork).**
- **позиция III- № 6-** Паклитаксел излъчващ PTCA балон катетър с матрично покритие от Paclitaxel и Lopromide с проксимален шафт – 1,9F, дистален шафт - 2.5F, дължина – 145 см, брахиален и феморален маркер – 100 см и 110 см , съвместим с водещ катетър 5F, съвместим с водач 0.014", профил на върха – 0,016", профил на преминаване: 0,031"-0,033", номинално налягане: 6 атм., максимално налягане: 14 атм., размери: диаметри 2.0мм, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм с дължина 10 мм, 15мм, 20 / 17мм, 25мм, 30мм, 35мм, 40мм - **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 60-61: дължина 10 мм, 17мм, 35мм, 40мм; с матрично покритие от Paclitaxel и Lopromide; дистален шафт - 2.5F; дължина – 145 см; брахиален и феморален маркер – 100 см и 110 см; профил на върха – 0,016", профил на преминаване: 0,031"- 0,033"**
- **позиция III- № 10-** Cuting ballon-водач :0,014",катетър RX,Scoring element:нитилов три спирали, нисък профил~2,7f;балона:PEBAX,semicompliant.шафт:-5F;6F водещ катетър; работна дължина-137ъм;маркери на балона: 2набити;диаметър на балона2-3,5мм;дължина на балона -10 - **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 65-66: нитилови три спирали;**
- **позиция III- № 11-** Scoring - Балон с 3 скоринг елемента от найлон за ефективна подготовка на лезията, проксимален шафт 2,1F, дистален шафт 2,7F, съвместим с водач 0,014", номинално налягане 6 атм., дължина 13 мм,диаметри 2мм,2,25мм2,5мм,3мм,3,5мм,4,0мм- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 65-66: с 3 скоринг елемента от найлон за ефективна подготовка на лезията; Не е Scoring - Балон;**

- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №V– включващо и срок за доставка- до 24 часа,

За номенклатурни единици – 4 и 7 - придружено от придружено от извадки от каталози, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за оферираните медицински изделия.

За номенклатурна единица – 4 - Комисията установи, предложението отговаря напълно на всички заложени изисквания, има пълно съответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на медицинското изделие с оферирания продукт. Представените документи съдържат данни за съответствие със заложените характеристики.
Комисията установи следните несъответствия:

- **позиция V- № 7-** Лекарствено излъчваща скосена SIROLIMUS коронарна стент система.Материал-кобалт-хромL605,дебелина на стратовете-65микрометра/0,065мм или 0,0026 инча/ Диаметри на стента:2,75-2,25;3,00-2,50;3,50-3,00мм.Дължини-30,40,50,60мм.Среден отстъп-3%.Среден ракурс-0,29%. Лекарство-SIROLIMUS.Еквивалентна доза на медикамента-1,25микрограма на кв.мм.Полимер-биоразградим и биосъвместим.Доставяща система-бърз обмен.Номинално налягане-9 атмосфери.Номинално налягане на скъсване-мах 14 атм.Надвес на балона-< 0,5мм.Външен диаметър на катетъра-проксимален 2,13F,дистален-2,7F.Рентгено-контрастни маркери-2-платина/иридий.Използваема дължина на катетъра-142см.Съвместимост на водещия катетър-5F.Максимален водач-0,014инча/0,36мм/- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 77-79: за Лекарствено излъчваща скосена SIROLIMUS коронарна стент система, като предложението е само с един и същ диаметър проксимален и дистален, няма скосяване, което не съответства на спецификацията.**

- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №VI– включващо и срок за доставка- до 24 часа,
За номенклатурни единици – 4, 5, 18 и 22 - придружено от придружено от извадки от каталози, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за оферираните медицински изделия.
- Опис на представените мостри
За номенклатурна единица – 4 - Комисията установи, предложението отговаря напълно на всички заложени изисквания, има пълно съответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на медицинското изделие с оферирания продукт. Представените документи съдържат данни за съответствие със заложените характеристики.
Комисията установи следните несъответствия:

- **позиция VI- № 5-** Комплекти хемостатична клапа с пружинен механизъм чрез натиск. Тя съдържа: Хемостатична клапа- пружинен механизъм чрез натиск +ротатор+интродюсер;- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: представените данни на стр. 91-92, както и от мострата е видно, че липсва пружинен механизъм чрез натиск, което не съответства на спецификацията.**

За номенклатурна единица – 18 - Комисията установи, предложението отговаря напълно на всички заложени изисквания, има пълно съответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на медицинското изделие с оферирания продукт. Представените документи съдържат данни за съответствие със заложените характеристики.
Комисията установи следните несъответствия:

- **позиция VI- № 22 -** Компресивно устройство за контролирана хемостаза след радиална процедура,със самозалепваща се прозрачна гривна и зелен прицелен маркер, контролирано раздуване с въздух с обем 13мл/18мл две дължини 21см и 26см- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: представените данни на стр. 96-97, както и от мострата е видно, че не е със самозалепваща се прозрачна гривна и зелен прицелен маркер, контролирано раздуване с въздух с обем 13мл/18мл, което не съответства на спецификацията.**

- **Комисията единодушно реши: допуска участникът Новимед Кардио ЕООД до разглеждане на ценови предложения за всички негови предложения с изключение на:**
- **позиция II- № 2, 3, 7 и 8**
- **позиция III- № 4, 6, 10 и 11**
- **позиция V- № 7**
- **позиция VI- № 5 и 22**

- поради установените несъответствия, описани по горе, между посочените в техническата спецификация характеристики на медицински изделия и оферираните продукти, комисията категорично счита, че са неподходящи и участникът не се допуска за тях до оценяване и класиране.

9. Участникът с предложение с вх. № 7858/04,10,2017г. на "БУЛФАРМА" ООД е представил:
- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №V– включващо и срок за доставка- до 2 часа,
За номенклатурни единици – 3 и 7- придружено от **извадки от каталози, доказващи съответствието с техническите характеристики, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за** оферираните **медицински изделия.**
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор *(Приложение №3)*;
- декларация за срока на валидност на офертата*(Приложение №4)*;
- Декларации по образец *(Приложение №5)*

Комисията установи, предложението отговаря напълно на всички заложени изисквания, има пълно съответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на медицинските изделия с оферираните продукти. Представените документи съдържат данни за съответствие със заложените характеристики.
Комисията единодушно реши: допуска участникът **"БУЛФАРМА" ООД** до разглеждане на ценови предложения.

10. Участникът с предложение с вх. № 7861/05,10,2017-08,50ч. на "Медихелп" ЕООД е представил
- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №III– включващо и срок за доставка- до 24 часа,
За номенклатурни единици – 1, 4, 5 и 10- придружено от **извадки от каталози, доказващи съответствието с техническите характеристики, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за** оферираните **медицински изделия.**
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор *(Приложение №3)*;
- декларация за срока на валидност на офертата*(Приложение №4)*;
- Декларации по образец *(Приложение №5)*
- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №V– включващо и срок за доставка- до 24 часа,
За номенклатурни единици – 1, 2, 5 и 6 - придружено от **извадки от каталози, доказващи съответствието с техническите характеристики, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за** оферираните **медицински изделия.**
Комисията установи, предложението отговаря напълно на всички заложени изисквания, има пълно съответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на медицинските изделия с оферираните продукти. Представените документи съдържат данни за съответствие със заложените характеристики.
Комисията единодушно реши: допуска участникът **"Медихелп" ЕООД** до разглеждане на ценови предложения.

11. Участникът с предложение с вх. № 7862/05,10,2017-08,55ч. на „Фьоникс Фарма“ ЕООД е представил

- документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №III– включващо и срок за доставка- до 24 часа,
За номенклатурна единица 8- придружено от **извадки от каталози, доказващи съответствието с техническите характеристики, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за** оферираните **медицински изделия.**
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор *(Приложение №3)*;
- декларация за срока на валидност на офертата*(Приложение №4)*;
- Декларации по образец *(Приложение №5)*
Комисията установи, предложението отговаря напълно на всички заложени изисквания, има пълно съответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на медицинските изделия с оферираните продукти. Представените документи съдържат данни за съответствие със заложените характеристики.
- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №VI– включващо и срок за доставка- до 24 часа,
За номенклатурни единици – 13 и 14- придружено от **извадки от каталози, доказващи съответствието с техническите характеристики, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за** оферираните **медицински изделия.**
- Опис на представените мостри
Комисията установи, предложението отговаря напълно на всички заложени изисквания, има пълно съответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на медицинските изделия с оферираните продукти. Представените документи съдържат данни за съответствие със заложените характеристики. Установи се, че мострите съответстват на изискванията и са представени по указания начин.
Комисията единодушно реши: допуска участникът **Фьоникс Фарма“ ЕООД** до разглеждане на ценови предложения.

12. Участникът с предложение с вх. № 7865/05,10,2017-09,10ч.на "АГАРТА - ЦМ " ЕООД е представил
- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №VI– включващо и срок за доставка- до 24 часа,
За номенклатурни единици – 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 и 23- придружено от **извадки от каталози, доказващи съответствието с техническите характеристики, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за** оферираните **медицински изделия.**
- Опис на представените мостри
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор *(Приложение №3)*;
- декларация за срока на валидност на офертата*(Приложение №4)*;
- Декларации по образец *(Приложение №5)*
Комисията установи, предложението отговаря напълно на всички заложени изисквания, има пълно съответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на медицинските изделия с оферираните продукти. Представените документи съдържат данни за съответствие със заложените характеристики. Установи се, че мострите съответстват на изискванията и са представени по указания начин.
Комисията единодушно реши: допуска участникът **"АГАРТА - ЦМ" ЕООД** до разглеждане на ценови предложения.

13. Участникът с предложение с вх. № 7866/05,10,2017-10,00ч. на "ЕКОС МЕДИКА" ООД е представил
- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №I– включващо и срок за доставка- до 24 часа,

За номенклатурни единици – 1, 2 и 7- придружено от **извадки от каталози, доказващи съответствието с техническите характеристики, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за** оферираните **медицински изделия.**
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор *(Приложение №3)*;
- декларация за срока на валидност на офертата*(Приложение №4)*;
- Декларации по образец *(Приложение №5)*

Комисията установи, предложението отговаря напълно на всички заложени изисквания, има пълно съответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на медицинските изделия с оферираните продукти. Представените документи съдържат данни за съответствие със заложените характеристики.
- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №II– включващо и срок за доставка- до 24 часа,

За номенклатурни единици – 1, 3, 4, 5
, 6 и 8- придружено от **извадки от каталози, доказващи съответствието с техническите характеристики, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за** оферираните **медицински изделия.**

Комисията установи, предложението отговаря напълно на всички заложени изисквания, има пълно съответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на медицинските изделия с оферираните продукти. Представените документи съдържат данни за съответствие със заложените характеристики.
- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №III– включващо и срок за доставка- до 24 часа,

За номенклатурни единици – 3 и 9 - придружено от **извадки от каталози, доказващи съответствието с техническите характеристики, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за** оферираните **медицински изделия.**

Комисията установи, предложението отговаря напълно на всички заложени изисквания, има пълно съответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на медицинските изделия с оферираните продукти. Представените документи съдържат данни за съответствие със заложените характеристики.
- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №IV– включващо и срок за доставка- до 24 часа,

За номенклатурни единици – 1, 2 и 3- придружено от **извадки от каталози, доказващи съответствието с техническите характеристики, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за** оферираните **медицински изделия.**

Комисията установи, предложението отговаря напълно на всички заложени изисквания, има пълно съответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на медицинските изделия с оферираните продукти. Представените документи съдържат данни за съответствие със заложените характеристики.
- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №V – включващо и срок за доставка- до 24 часа,

За номенклатурна единица – 7 - придружено от придружено от извадки от каталози, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за оферираните медицински изделия.

Комисията установи следните несъответствия:

- **позиция V- № 7-** Лекарствено излъчваща скосена SIROLIMUS коронарна стент система.Материал-кобалт-хромL605,дебелина на стратовете-65микрометра/0,065мм или 0,0026 инча/ Диаметри на стента:2,75-2,25;3,00-2,50;3,50-3,00мм.Дължини-30,40,50,60мм.Среден отстъп-3%.Среден ракурс-0,29%. Лекарство-SIROLIMUS.Еквивалентна доза на медикамента-1,25микрограма на кв.мм.Полимер-биоразградим и биосъвместим.Доставяща система-бърз обмен.Номинално налягане-9 атмосфери.Номинално налягане на скъсване-мах 14 атм.Надвес на балона-< 0,5мм.Външен

диаметър на катетъра-проксимален 2,13F,дистален-2,7F.Рентгено-контрастни маркери-2-платина/иридий.Използваема дължина на катетъра-142см.Съвместимост на водещия катетър-5F.Максимален водач-0,014инча/0,36мм: **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 206-207: за Лекарствено излъчваща скосена SIROLIMUS коронарна стент система, като предложението е само с един и същ диаметър проксимален и дистален, няма скосяване, което не съответства на спецификацията.**

- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №VI– включващо и срок за доставка- до 24 часа,

За номенклатурна единица – 22 - придружено от **извадки от каталози, доказващи съответствието с техническите характеристики, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за** оферираните **медицински изделия.**

- Опис на представените мостри

Комисията установи, предложението отговаря напълно на всички заложени изисквания, има пълно съответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на медицинските изделия с оферираните продукти. Представените документи съдържат данни за съответствие със заложените характеристики. Установи се, че мострите съответстват на изискванията и са представени по указания начин.

Комисията единодушно реши: допуска участникът **"ЕКОС МЕДИКА" ООД** до разглеждане на ценови предложения за всички негови предложения с изключение на:

- **позиция V- № 7- поради установените несъответствия, описани по горе, между посочените в техническата спецификация характеристики на медицинското изделие и оферирания продукт, комисията категорично счита, че е неподходящо и участникът не се допуска за него до оценяване и класиране.**

14. Участникът с предложение с вх. № 7867/05,10,2017-10,05ч. на Алекс 01 ЕООД е представил

- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №I– включващо и срок за доставка- до 22 часа,

За номенклатурни единици – 3 и 16 - придружено от придружено от извадки от каталози, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за оферираните медицински изделия.

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор *(Приложение №3)*;
- декларация за срока на валидност на офертата*(Приложение №4)*;
- Декларации по образец (Приложение №5)

Комисията установи следните несъответствия:

- **позиция I- № 3-** Водач -PTCA, 0,014"; J и прав връх, дистална сърцевина-Duraseel, полимерно покритие по цялата дължина;хидрофилно покритие Hydrocoat, наличие на спираловиден сегмент,core-to-tip дизайн на върха; дължина на дисталния рентгеновопозитивен оплетен сегмент-30мм, модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобен контрол на въртене-responsease технология, три различни степени на опора- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 1-3: полимерно покритие по цялата дължина; дистална сърцевина-Duraseel.**
- **позиция I- № 16-** Диагностичен водач, хибридна оплетка от неръждаема стомана, брайт тип, найлоново покритие, PTFE вътрешно покритие, рентгено позитивен връх, пет-сегментен дизйн; J-памет, диаметър 0.035", дължина от 150 до 260 см, J тип и прави: **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 4-5: хибридна оплетка от неръждаема стомана, брайт тип, найлоново**

покритие, PTFE вътрешно покритие, рентгено позитивен връх, пет-сегментен дизайн; J-памет.

- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №II– включващо и срок за доставка- до 22 часа,

За номенклатурни единици – 1 и 2 - придружено от придружено от извадки от каталози, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за оферираните медицински изделия.

Комисията установи следните несъответствия:

- **позиция II- № 1-** Диагностични катетри 4,5,6F със SUS-brade/ усилени/ и М-хидрофилно покритие /включително специални радиални катетри Tiger I,II - удобен за диагностика на двете коронарни артерии при ОМИ, ElGamal-2, AL type NTR/- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 6-8: SUS-brade/ усилени/ и М-хидрофилно покритие; няма 4F размер**
- **позиция II- № 2** - Водещи катетри за PTCA,при 5F-0,058", 6F-0,071';7F-0,081";8F-0,090";Full-Wall технология на метална оплетка за по-добър контрол при въртене.Вградена гладка метална оплетка, мек връх;Vest-Tech Nylon технология за повишена рентгенова видимост. Позволяващ метод Kissing Balloon Стандартна дължина 100 см, наличие при някои на 55 см, 90 см, Странични отвори- по избор (SH)- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 9-15: Full-Wall технология на метална оплетка за по-добър контрол при въртене;Вградена гладка метална оплетка, мек връх; Странични отвори- по избор (SH).**

- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №III– включващо и срок за доставка- до 22 часа,

За номенклатурни единици – 2 и 3 - придружено от придружено от извадки от каталози, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за оферираните медицински изделия.

Комисията установи следните несъответствия:

- **позиция III- № 2-** Балон-катетър за PTCA, пре-дилатация; съвместим с 0,014' водач; 5F водещ катетър; монорейл система или OTW; 3- segmenten;размери-1,2-5,0; преминаващ профил-0,021'; профил на върха-0,017'; полиуретан Slim seal технология и връх тип transitionless; материал на балона XCELON-S (Pebax); маркери- Tungsten флексибилни номинално налягане- 8bar/ATM; RBP-14bar/ATM./- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 16-21: за размери-1,2 и 5,0; материал на балона XCELON-S (Pebax); полиуретан Slim seal технология и връх тип transitionless; маркери- Tungsten.**
- **позиция III- № 3** - Non-Compliant коронарен балон за акуратно високо налягане, пре и постдилатация с 2 рентген непрозрачни и 2 дълбочинни маркера; иновативна Трипластова /ЕПЕ/ технология за по-голяма твърдост на балона, М-coat хидрофилно покритие на балона-дължина - 145 см; Нисък входен профил – 0,43 мм, удобен за 'kissing balloon" техника през 6 Fr водещ катетър, Проксимален шафт – 1,9 Fr от неръждаема стомана, Дистален шафт – 2,6 Fr, Номинално налягане – 12 атм, RBP – 22 атм, диаметри 2.0/2.25/2.50/2.75/3.00/3.25/3.50/3.75/4.00/4.50/5.00; дължини 6/8/12/15/20/25/30 мм- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 22-27: за диаметър размер 5,0; 2 рентген непрозрачни маркери; иновативна Трипластова /ЕПЕ/ технология за по-голяма твърдост на балона; М-coat хидрофилно покритие на балона-дължина - 145 см; Нисък входен профил – 0,43 мм; Проксимален шафт – 1,9 Fr от неръждаема стомана, Дистален шафт – 2,6 Fr.**

- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №IV– включващо и срок за доставка- до 22 часа,

За номенклатурни единици – 1 и 2- придружено от придружено от извадки от каталози, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за оферираните медицински изделия.

Комисията установи следните несъответствия:

- **позиция IV- № 1-** Интродюсер сет с хидрофилно покритие-М-коут дериват и скосен връх на дилататора; размер 4,5,6,7,8,9,10,11 F; дължина 100мм "cross-cut" силиконова хемостатична клапа; "snap-on-click of-dilatator lock" система, цветови кодове за различните размери, съвместими с 0,025"0,035" 0,038" - **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 28-29: за размер 10,11 F; дължина 100мм "; съвместими с 0,025"; хидрофилно покритие-М-коут дериват.**

позиция IV- № 2 - Интродюсер сет за радиален достъп с външен диаметър 4 Fr, 5 Fr /2.46 мм/ и 6 Fr и вътрешен диаметър 5 Fr, 6 Fr /2.22 мм/ и 7 Fr за минимална инвазивност и AD Hock коронарна ангиопластика, хидрофилно покритие М-коут, скосен връх на дилататора; размер 6 Fr; дължина 100 мм, 160 мм "cross-cut"силиконова хемостатична клапа, "snap-on-click of- dilator lock" система, цветови кодове за различните размери, съвместим с 0.021",0.025" водач/дилататор с метална или Сърфло тип игла. - **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 30-31: дължина 100 мм; 160 мм ; с външен диаметър 4 Fr, 5 Fr /2.46 мм/ и 6 Fr и вътрешен диаметър 5 Fr, 6 Fr /2.22 мм/ и 7 Fr за минимална инвазивност- липсва съотношение външен/ вътрешен;**

- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №V– включващо и срок за доставка- до 22 часа,

За номенклатурни единици – 1 и 2- придружено от придружено от извадки от каталози, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за оферираните медицински изделия.

Комисията установи следните несъответствия:

- **позиция V- № 1-** Коронарен стент : материал: кобалт-хром; дизайн: двоен хелиокоидален, съотношение метал:свободно пространство: 16/13% и 12/11%,дебелина на стратовете:0,0024",преминаващ профил:0,037"дължина на шафта:140cm маркери:platinum iridium ,набити покритие: PROBIO /силиконов карбид/ Диаметри: 2.0-5.0 дължини: 9-13-15-18-20-22-26-30-35-40 - **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 32-37: съотношение метал:свободно пространство: 16/13% и 12/11%; Диаметри: 5.0; дължини: 9-13-15-20-22-26-30-35; дизайн: двоен хелиокоидален; дебелина на стратовете:0,0024"; дължина на шафта:140cm маркери:platinum iridium ,набити покритие: PROBIO /силиконов карбид/.**
- **позиция V- № 2-** Медикамент излъчващ стент: Медикамент: Sirolimus материал: кобалт-хром, L-605 дизайн: двоен хелиокоидален, пасивно покритие: PROBIO /силиконов карбид/ активно покритие: BIOlute- биорезурбируем "полимер"; дебелина на стратовете:0,0024" доза: 50-250μg в зависимост от размера дължина на шафта:140cm маркери:platinum iridium, набити диаметри: 2.25-2.5-2.75-3.0-3.5-4.0 ", Дължини: 9-13-15-18-22-26-30-35-40 - **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 38-45: дължини: 9-13-15-22-26-30-35; двоен хелиокоидален, пасивно покритие: PROBIO /силиконов карбид/ активно покритие: BIOlute- биорезурбируем "полимер"; дебелина на стратовете:0,0024"; материал: кобалт-хром, L-605;**

- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №VI– включващо и срок за доставка- до 22 часа,

За номенклатурни единици – 1, 3, 4, 5 и 16- придружено от извадки от каталози, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за оферираните медицински изделия.

- Опис на представените мостри

Комисията установи, предложението отговаря напълно на всички заложени изисквания, има пълно съответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на медицинските изделия с оферираните продукти. Представените документи съдържат данни за съответствие със заложените характеристики. Установи се, че мострите съответстват на изискванията и са представени по указания начин за номенклатурни единици – 1, 3 и 4 .

Комисията установи следните несъответствия:

- **позиция VI- № 5 -** Комплекти хемостатична клапа с пружинен механизъм чрез натиск. Тя съдържа: Хемостатична клапа- пружинен механизъм чрез натиск +ротатор+интродюсер; - **предложението не отговаря на следните технически характеристики: посочените данни на стр. 48 и представената мостра се различават съществено, като от мострата е видно, че е с усукващ, а не пружинен механизъм.**
- **позиция VI- № 16 -** Автоматичен манифолд: Изолиран манифолд с входове за контраста и физиологичният разтвор. Трансдусер под налягане. Тръба за физиологичния разтвор. Острие за пробиване на физиологичният разтвор.; - **предложението не отговаря на следните технически характеристики: посочените данни на стр. 49 и представената мостра са за ръчен, а не автоматичен манифолд.**

Комисията единодушно реши: допуска участникът Алекс 01 ЕООД до разглеждане на ценови предложения за всички негови предложения с изключение на:

- **позиция I- № 3 и 16**
- **позиция II- № 1 и 2**
- **позиция III- № 2 и 3**
- **позиция IV- № 1 и 2**
- **позиция V- № 1 и 2**
- **позиция VI- № 5 и 16**

- поради установените несъответствия, описани по горе, между посочените в техническата спецификация характеристики на медицински изделия и оферираните продукти, комисията категорично счита, че са неподходящи и участникът не се допуска за тях до оценяване и класиране.

15. Участникът с предложение с вх. № 7868/05,10,2017-10,10ч. на Невро Коронари Периферал Дивайсис ООД е представил

- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №II– включващо и срок за доставка- до 24 часа,

За номенклатурни единици – 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20- придружено от **извадки от каталози, доказващи съответствието с техническите характеристики, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за** оферираните **медицински изделия.**

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор *(Приложение №3)*;
- декларация за срока на валидност на офертата*(Приложение №4)*;
- Декларации по образец *(Приложение №5)*
- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №VI– включващо и срок за доставка- до 24 часа,

За номенклатурни единици – 24, 25, 26 и 27- придружено от **извадки от каталози, доказващи съответствието с техническите характеристики, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за** оферираните **медицински изделия.**

Комисията установи, предложението отговаря напълно на всички заложени изисквания, има пълно съответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на медицинските изделия с оферираните продукти. Представените документи съдържат данни за съответствие със заложените характеристики.

Комисията единодушно реши: допуска участникът Невро Коронари Периферал Дивайсис ООД до разглеждане на ценови предложения за всички негови предложения.

16. Участникът с предложение с вх. № 7869/05,10,2017-10,15ч. на "Медимаг" ЕООД е представил

- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №I– включващо и срок за доставка- до 24 часа,

За номенклатурни единици – 3, 4, 5 и 6- придружено от **извадки от каталози, доказващи съответствието с техническите характеристики, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за** оферираните **медицински изделия.**

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор *(Приложение №3)*;
- декларация за срока на валидност на офертата*(Приложение №4)*;
- Декларации по образец *(Приложение №5)*
- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №III– включващо и срок за доставка- до 24 часа,

За номенклатурни единици – 2- придружено от **извадки от каталози, доказващи съответствието с техническите характеристики, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за** оферираните **медицински изделия.**

Комисията установи, предложението отговаря напълно на всички заложени изисквания, има пълно съответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на медицинските изделия с оферираните продукти. Представените документи съдържат данни за съответствие със заложените характеристики.

Комисията единодушно реши: допуска участникът "Медимаг" ЕООД **до разглеждане на ценови предложения за всички негови предложения.**

17. Участникът с предложение с вх. № 7902/05,10,2017-13,00ч. на "Софарма Трейдинг" АД е представил

- документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор *(Приложение №3);*
- декларация за срока на валидност на офертата*(Приложение №4)*;
- Декларации по образец *(Приложение №5)*
- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №I– включващо и срок за доставка- до 24 часа,

За номенклатурни единици – 16 и 17 - придружено от извадки от каталози, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за оферираните медицински изделия.

Комисията установи следните несъответствия:

- **позиция I- № 16-** Диагностичен водач, хибридна оплетка от неръждаема стомана, брайт тип, найлоново покритие, PTFE вътрешно покритие, рентгено позитивен връх, пет-сегментен дизйн; J-памет, диаметър 0.035", дължина от 150 до 260 см, J тип и прави: **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 8-12: хибридна оплетка от неръждаема стомана, брайт тип, найлоново покритие, PTFE вътрешно покритие, рентгено позитивен връх, пет-сегментен дизйн; J-памет.**
- **позиция I- № 17** - Диагностичен водач, хибридна оплетка от неръждаема стомана, рентгено позитивен връх, найлоново покритие, PTFE (polytetrafluoroethylene) вътрешно покритие, лесно оформяне с пръсти и J-памет, твърд/екстра-твърд/ултра-твърд, 0,035", дължина от 150 см до 260 см, J-тип и прав.- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват на стр. 8-12 данни за: рентгено позитивен връх; найлоново покритие.**

- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №II– включващо и срок за доставка- до 24 часа,

За номенклатурни единици – 1 и 2 - придружено от извадки от каталози, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за оферираните медицински изделия.

Комисията установи следните несъответствия:

- **позиция II- № 1** - Диагностични катетри 4,5,6F със SUS-brade/ усилени/ и М-хидрофилно покритие /включително специални радиални катетри Tiger I,II - удобен за диагностика на двете коронарни артерии при ОМИ, ElGamal-2, AL type NTR/- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 8-16: за SUS-brade/ усилени/ и М-хидрофилно покритие .**
- **позиция II- № 2** - Водещи катетри за PTCA,при 5F-0,058", 6F-0,071';7F-0,081";8F-0,090";Full-Wall технология на метална оплетка за по-добър контрол при въртене.Вградена

гладка метална оплетка, мек връх;Vest-Tech Nylon технология за повишена рентгенова видимост. Позволяващ метод Kissing Balloon Стандартна дължина 100 см, наличие при някои на 55 см, 90 см, Странични отвори- по избор (SH)- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 17-25: за Full-Wall технология на метална оплетка за по-добър контрол при въртене.Вградена гладка метална оплетка, мек връх;**

- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №III– включващо и срок за доставка- до 24 часа,

За номенклатурни единици – 2, 5 и 6 - придружено от извадки от каталози, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за оферираните медицински изделия.

Комисията установи следните несъответствия:

- **позиция III- № 2 -** Балон-катетър за PTCA, пре-дилатация; съвместим с 0,014' водач; 5F водещ катетър; монорейл система или OTW; 3- segmenten;размери-1,2-5,0; преминаващ профил-0,021'; профил на върха-0,017'; полиуретан Slim seal технология и връх тип transitionless; материал на балона XCELON-S (Pebax); маркери- Tungsten флексибилни номинално налягане- 8bar/ATM; RBP-14bar/ATM.- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 8-12: за размери-1,2 и 5,0; преминаващ профил-0,021'; профил на върха-0,017'; полиуретан Slim seal технология и връх тип transitionless; материал на балона XCELON-S (Pebax);.**
- **позиция III- № 5 -** Балон покрит с медикамент Профил на върха:0,017" Дизайн на шафта:HypotubeEFT(Enhanced Force Transmission)Диаметър на шафт:2,5F(2,0-3,5mm),2,6F(4,0mm)Маркери:два платина- иридий Работна дължина:140см Водещ катетър:5F Покритие: Медикамент: Паклитаксел(Paclitaxel)Доза на медикамента:3,0µg/mm² Матрица:Паклитаксел и Бутирил-три-хексил цитрат Покрита повърхност Цилиндрични и конусовидни раздели на балона;надминаващи проксималния и дисталния маркер Време за излъчване на медикамента: 30сек.- **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 13-16: Доза на медикамента: 3,0µg/mm², като предложението е за 2,5µg/mm², което е несъответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на медицински изделия и оферирания продукт.**
- **позиция III- № 6 -** Паклитаксел излъчващ PTCA балон катетър с матрично покритие от Paclitaxel и Lopromide с проксимален шафт – 1,9F, дистален шафт - 2.5F, дължина – 145 см, брахиален и феморален маркер – 100 см и 110 см , съвместим с водещ катетър 5F, съвместим с водач 0.014", профил на върха – 0,016", профил на преминаване: 0,031"-0,033", номинално налягане: 6 атм., максимално налягане: 14 атм., размери: диаметри 2.0мм, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм с дължина 10 мм, 15мм, 20 / 17мм, 25мм, 30мм, 35мм, 40мм - **предложението не отговаря на следните технически характеристики: липсват данни на стр. 17-20: за матрично покритие от Paclitaxel и Lopromide; дължина – 145 см, което е несъответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на медицински изделия и оферирания продукт.**

- предложение за изпълнение на поръчката – образец по позиция №VI– включващо и срок за доставка- до 24 часа,

За номенклатурни единици – 3, 4, 5, 7, 8, 14, 19, 20 и 23 - придружено от извадки от каталози, с посочени страници от представените документи, където се намират данни за оферираните медицински изделия.

- Опис на представените мостри

Комисията установи, предложението отговаря напълно на всички заложени изисквания, има пълно съответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на медицинските изделия с оферираните продукти. Представените документи съдържат данни за съответствие със заложените характеристики. Установи се, че мострите съответстват на изискванията и са представени по указания начин за номенклатурни единици – 3, 4, 5, 8, 14, 19, 20 и 23.

Комисията установи следните несъответствия:

- **позиция VI- № 7** - Ангиографски сет:Стерилен еднократен ангиографски чаршаф за радиален и фемурален достъп нетъкан текстил/SMS/, трислоен 380/240см с два радиални отвора-овални-12х7.6 см, два фемурални отвора с диаметър 12.7 см.Прозрачни зони от двете страни с размер 63/350см;допълнителен слой свисока абсорбация около отворите-**предложението не отговаря на следните технически характеристики: от представеният каталог, както и мостра е видно, че липсват размери: 380/240см; радиални отвора-овални-12х7.6 см; два фемурални отвора с диаметър 12.7, което е несъответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на медицински изделия и оферирания продукт.**

Комисията единодушно реши: допуска участникът Софарма Трейдинг АД до разглеждане на ценови предложения за всички негови предложения с изключение на:

- **позиция I- № 16 и 17**
- **позиция II- № 1 и 2**
- **позиция III- № 2, 5 и 6**
- **позиция VI- № 7**

- поради установените несъответствия, описани по горе, между посочените в техническата спецификация характеристики на медицински изделия и оферираните продукти, комисията категорично счита, че са неподходящи и участникът не се допуска за тях до оценяване и класиране.

Комисията приключи работата си и насрочи следващото си заседание на 01.12.2017г. от 08,30 часа за отваряне на допуснатите ценови предложения, като се изготви съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Председател: : адв. Георги Христов Попов - правоспособен юрист
Членове: Анка Банска – Мед. сестра в Ангиографска лаборатор
Резервен член: Д-р Петър Лазов – лекар със специалност инвазивна карди