

**ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА
МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА
№ 2**

Днес 28.12.2018 г. в гр. Пазарджик между:

МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД, с адрес: гр. Пазарджик, ул. "Болнична" 15 тел. 034/408603 и факс 034/408766, ЕИК **чл. 2 от ЗЗЛД** и номер по ЗДДС **чл. 2 от ЗЗЛД** представлявано от д-р **чл. 2 от ЗЗЛД**, за качеството му на Изпълнителен директор и **чл. 2 от ЗЗЛД** – главен счетоводител, наричано за краткост по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна

и

Бултехномед ООД" със седалище гр. Пловдив и адрес: ул. „Богомил“ №91, **чл. 2 от ЗЗЛД**
ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ : 1 идентификационен номер по ДДС (ако има регистрация) BG
115863679, представлявано от I **чл. 2 от ЗЗЛД** - Управители
(законен представител-име и длъжност)

или,

(ако има упълномощено лице-име, длъжност, акт на който се основа представителната му власт)
наричано по-долу за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна ,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“),

на основание чл. 20, ал.4, т.3, във връзка с чл. 21, ал.6 от ЗОП и чл. 114 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка № 00027-2018-0009 в РОП се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост "Договор", с предмет: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на хемодиализни апарати и Водоочистваща система за нуждите на НОДС към МБАЛ Пазарджик АД

за избор на изпълнител се сключи настоящия договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Член 1. Предмет

(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави на Възложителя специализирана медицинска апаратура:

- Водоочистваща система

съгласно Техническата спецификация на Възложителя (Приложения № 1) , неразделна част от Договора срещу задължението на Възложителя да я приеме и да заплати договорената цена съгласно условията, посочени по-долу.

(1.2) Освен доставката по алинея (1.1) предметът на Договора включва и изпълнението на следните дейности:

- (i) Доставка на специализирана медицинска апаратура - Водоочистваща система
- (ii) Доставка на апаратурата, нова, не демонстрационна, неупотребявана, придружена с оригинална техническа документация и пълната останала необходима документация - в оригинал и с превод на български език, вкл. сертификати за качество, ръководство /инструкция/ за експлоатация, гаранционна карта;
- (iii) Извършване на настройки и техническо изпитване на апаратурата, съгласно изискванията на производителя;
- (iv) Пускане в експлоатация на апаратурата и обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената Медицинска апаратура;
- (v) гаранционно обслужване на доставената Медицинска апаратура и доставка на необходимите части и материали, в рамките на 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на протокола за пускането в експлоатация на апаратурата.

(1.3) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите по алинея (1.1) и алинея(1.2) в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, която е неразделна част от настоящия Договор, в сроковете по настоящия Договор.

(1.4) Настоящият договор се сключва като Договор под условие - **осигуряване на финансиране за изпълнение** на предмета на договора, **като целеви средства за капиталови разходи от бюджета на МЗ**, съгласно Чл. 114 от ЗОП. „Когато при откриване на процедурата не е осигурено финансиране, възложителят посочва това обстоятелство в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес и предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.”

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 2. Цена

(2.1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя обща цена в размер на 6667 лева¹ без ДДС (*шест хиляди шестстотин шестдесет и седем лева*) и 8000,00 лева (осем хиляди лева) с включен ДДС.

(2.2) Цената по алинея(2.1) е образувана както следва:

1. **Цената включва всички разходи за доставка на Водоочистваща система - нова, неупотребявана, недемонстрационна, съгласно техническа спецификация на възложителя, монтажа и пускане в експлоатация, обучение на персонала, включително осигуряване на гаранционно сервизното обслужване на апаратите.**

(2.3) Посочената цена е крайна и включва всички разходи за доставка на фабрично нова, неупотребявана, недемонстрационна, съгласно техническа спецификация на възложителя Водоочистваща система, включително осигуряване на гаранционно сервизното обслужване за срок от 12 / дванадесет / месеца от доставката и пускане в експлоатация на апарата.

Член 3. Начин на плащане²

(3.1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

УниКредит Булбанк

BIC : UNCRBGSF

IBAN: BG55 UNCR 96601020067016

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 5 (*пет*) дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

(3.2) Плащането на цената по алинея (2.1) по настоящия Договор се извършва, както следва:

- (i) **след осигуряване на финансирането Възложителят заплаща договорената цена в срок до 20 (двадесет) дни след доставката, монтажа и пускане в експлоатация, обучение на персонала на Възложителя за работа с апаратурата и представяне от страна на Изпълнителя предвидените документи /фактури, приемно-предавателни протоколи/**

(3.3) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.

¹ Възможно е да се уговори плащане в евро или др. валута.

² При необходимост и по преценка на страните, могат да се включват специализирани клаузи

(3.4) Плащане по алинея (3.2) т. (i) по-горе след представяне на следните подписани документи кумулативно:

- (i) Приемо-предавателен протокол за доставка на Медицинската апаратура с всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на доставка на Медицинската апаратура (Приложение №);
- (ii) Протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура (Приложение №);
- (iii) Протокол за извършено обучение на медицинския персонал, посочен от Възложителя за работа с Медицинската апаратура (Приложение №);
- (iv) Фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или упълномощено от него лице, съдържаща всички законови реквизити;

III. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Член 4. Срокове и място на доставка

(4.1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписване. Настоящият договор се сключва под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП, тъй като за него Възложителят не е осигурил финансиране. Договорът е с отложено изпълнение. Изпълнението на договора започва след осигуряване на финансиране от страна на Възложителя за неговото изпълнение, удостоверено чрез възлагателно писмо, изпратено от Възложителя до Изпълнителя.

(4.2) Срокът за доставката на Медицинската апаратура е до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на Възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя след сключване на договора до датата на Приемо-предавателния протокол по алинея (3.4), точка (i).

(4.3) Срокът за обучение на специалисти, посочени от Възложителя за работа с апаратурата е 10 (десет) календарни дни, считано от датата на въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура, отбелязана в Приемо-предавателния протокол по алинея (3.4), точка (ii).

(4.4) Гаранционният срок на Медицинската апаратура е 12 (дванадесет) месеца, считано от въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура, отбелязана в Приемо-предавателния протокол по алинея (3.4), точка (ii).

(4.5) Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционно обслужване на доставената Медицинска апаратура, в рамките на гаранционния срок по предходната алинея

(4.6) Мястото на доставка на Медицинската апаратура е в „МБАЛ Пазарджик” АД ,гр. Пазарджик.

Член 5. Условия на доставка³

(5.1) Доставка

(5.1.1) Изпълнителят се задължава да достави до мястото на доставка и в съответния срок на доставка, съответно да предаде на Възложителя Медицинската апаратура, предмет на доставка, отговаряща на техническите стандарти и изисквания и окомплектована с инструкция за експлоатация на български език, сертификати, разрешения и инструкции и препоръки за съхранение и експлоатация, както и с други документи и аксесоари, изискващи се съгласно Техническата спецификация на Възложителя.

(5.1.2) Изпълнителят предава Медицинската апаратура на упълномощен представител на Възложителя. За съответствието на доставената Медицинска апаратура и приемането ѝ по вид, количество, компоненти, окомплектовка се подписва приемо-предавателен протокол, във формата и със съдържанието съгласно (Приложение №)- („Приемо-предавателен протокол“) от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на „Несъответствия“ (недостатъци, дефекти, повреди, липси и/или несъответствия на

³ При необходимост и по преценка на страните, могат да се включват специализирани клаузи

доставената Медицинска апаратура и/или придружаващата я документация и аксесоари с изискванията на настоящия Договор, както и с техническите характеристики и с изискванията, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя), наличие на окомплектовка на доставката и представяне на документите, изискващи се съгласно алинея (5.1.1). Приемо-предавателният протокол съдържа основанията за съставянето му (номер на договора), сериен номер [*сериен номер или други идентифициращи апаратурата данни*], предмет на доставка.

(5.1.3) Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 5 (*пет*) дни предварително за конкретните дати и час, на които ще се извърши доставката. При предаването на Медицинската апаратура, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време да я прегледа за явни Несъответствия, като същото не може да надвишава 2 (*два*) дни.

(5.1.4) При констатиране на явни Несъответствия, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват **констативен протокол**, в който се описват констатираните Несъответствия, и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката. В случай че Несъответствията са съществени и не бъдат отстранени в рамките на дадения от Възложителя срок, или при забавяне на доставката на Медицинската апаратура с повече от 10 (*десет*) дни, Възложителят има право да прекрати Договора.

(5.1.5) Подписването на приемо-предавателния протокол по Приложение № без забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на "скрити Несъответствия", които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на Медицинската апаратура. Приемането на доставката на Медицинската апаратура с Приемо-предавателния протокол по Приложение № няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок Несъответствия.

(5.1.6) Възложителят се задължава да уведоми писмено Изпълнителя за всички скрити Несъответствия, които не е могъл да узнае при приемането на доставката в срок до 180 (*сто и осемдесет*) дни от узнаването им, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок.

(5.1.7) При наличие на явни Несъответствия посочени в констативния протокол по алинея

(5.1.4) и/или при наличие на скрити Несъответствия, констатирани от Възложителя и съобщени на Изпълнителя по реда на алинея (5.1.6): (i) Изпълнителят заменя доставената Медицинска апаратура или съответния компонент със съответстващи с изискванията на настоящия Договор в срока посочен съответно в констативния протокол и/или в разумен срок след получаване на уведомлението по алинея (5.1.6), който не може да бъде по-дълъг от 20 дни; или (ii) цената по Договора се намалява съответно с цената на несъответстващите компоненти или с разходите за отстраняване на Несъответствията, ако това не води до промяна в предмета на поръчката и запазването на тези компоненти, позволява нормалната експлоатация на Медицинската апаратура.

(5.1.8) В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по алинея (5.1.4), Възложителят не дължи заплащане на цената по алинея 3.2, преди отстраняването им и изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.

(5.2) Монтаж

(5.2.1) Изпълнителят е длъжен да приключи изпълнението на всички дейности свързани с монтажа (инсталацията) и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура в срок от 2 (*два*) календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2), съответно алинея (5.1.4).

(5.2.2) За извършения монтаж и въвеждане на Медицинската апаратура в експлоатация Страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол, във формата и със съдържанието по Приложение №, неразделна част от настоящия Договор. Възложителят има право да откаже да подпише протокола по настоящия алинея (5.2.2) до окончателното

въвеждане на Медицинската апаратура в експлоатация в степен позволяваща незабавната ѝ и безпрепятствена употреба.

(5.3) Обучение на персонала

(5.3.1) В случай че Изпълнителят има определени изисквания към квалификацията и образованието на специалистите, които ще бъдат обучавани, той е длъжен да уведоми за това Възложителя, писмено, в срок от 5 (*пет*) дни от подписване на настоящия Договор. Възложителят предоставя на Изпълнителя списък на лицата, които следва да бъдат обучени за работа с Медицинската апаратура в срок от 5 (*пет*) дни от получаване на изискванията на Изпълнителя или изтичане на срока по предходното изречение.

(5.3.2) Изпълнителят е длъжен да приключи обучението на специалистите на Възложителя в от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по алинея (5.2.2), съответно алинея (5.1.4). Изпълнителят е длъжен да осигури достатъчен брой обучаващи, както и присъствието им на мястото на доставка и инсталиране на Медицинската апаратура, като времето и графикът на обучение се съгласуват писмено между Страните.

(5.3.3) За извършеното обучение Страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол, във формата и със съдържанието по Приложение №....., неразделна част от настоящия Договор. Изпълнителят не носи отговорност за забавяне на обучението поради отсъствие на специалистите на Възложителя по време на периода на обучението, при условие, че е уведомил писмено Възложителя за такова отсъствие.

(5.3.4) Замяна на специалисти, подлежащи на обучение е допустима в срок до 3 (три) и не повече от 2 пъти.

Член 6.

Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя по реда и при условията на настоящия Договор, приложими към Изпълнителя.

Член 7. Преминяване на собствеността и риска

Собствеността на Медицинската апаратура, предмет на доставка преминава от Изпълнителя върху Възложителя след подписване на приемо-предавателния протокол по алинея (5.2.2).

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Член 8. Права и задължения на Изпълнителя

(8.1) Изпълнителят се задължава да достави, инсталира и въведе в експлоатация Медицинската апаратура, предмет на настоящия Договор, отговаряща на техническите параметри, представени в Техническата спецификация на Възложителя, окомплектована съгласно изискванията на алинея(5.1.1) и придружена със съответните документи, съгласно условията на настоящия Договор.

(8.2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

(8.3) Изпълнителят се задължава да извършва текуща поддръжка и гаранционно обслужване на Медицинската апаратура в рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на този Договор, съответно при условията на гаранцията.

(8.4) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения на доставената Медицинска апаратура проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на повреди, дефекти или недостатъци, както и при извършване на гаранционното обслужване да влага само оригинални резервни части и материали.

(8.5) Изпълнителят се задължава да спазва правилата за вътрешния ред, както и хигиенните изисквания и изисквания за безопасност в помещенията на Изпълнителя и да изпълнява задълженията си по Договора без да пречи на нормалното протичане на работата на Възложителя.

(8.6) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.

(8.7) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора и на необходимия достъп до помещенията на Възложителя, в които ще се монтира Медицинската апаратура.

(8.8) Изпълнителят се задължава да извърши обучение на медицинския персонал, на Възложителя в уговорените срокове и график по Приложение № и съгласно договорените условия.

(8.9) Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички повреди нанесени на имуществото на Възложителя, както и да обезщети всяко трето лице, на което са нанесени вреди по време на и във връзка с монтажа/инсталацията и въвеждането на Медицинската апаратура в експлоатация.

Член 9. Права и задължения на Възложителя

(9.1) При добросъвестно и точно изпълнение на Договора, Възложителят се задължава да заплати общата цена по алинея (2.1) от този Договор, съгласно условията и по начина, посочен в него.

(9.2) Възложителят се задължава да приеме доставката на Медицинската апаратура, предмет на Договора по реда на алинея (5.1.2) и следващите, ако отговаря на договорените изисквания, в срок до 3 (три) дни след писменото му уведомяване както и да осигури достъп до помещенията си и необходимите условия за монтажа и въвеждането ѝ в експлоатация.

(9.3) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на Медицинската апаратура на посочения в алинея (4.6) от Договора адрес, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

(9.4) Възложителят се задължава да съдейства при провеждане на обучението на своите специалисти, като осигурява присъствието им в договореното време.

(9.5) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора.

(9.6) Възложителят има право на рекламация по отношение на доставената по Договора Медицинска апаратура, както по отношение на монтажа и инсталацията ѝ при условията посочени в настоящия Договор и съгласно гаранционните ѝ условия.

(9.7) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстваща с Техническите спецификации и/или дефектна Медицинска апаратура и/или нейни компоненти, както и отстраняване на недостатъците, по реда и в сроковете, определени в настоящия Договор.

(9.8) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, както и да заплати изцяло или частично цената по Договора, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора.

V. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ и ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Член 10.

(10.1) Гаранционна отговорност

(10.1.1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на Медицинската апаратура съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническата спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност.

(10.1.2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички Несъответствия на Медицинската апаратура, съответно подменя дефектирани части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя.

(10.1.3) Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да изпрати свои квалифицирани представители на място за констатиране и идентифициране на повредата в срок от 24 часа, от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. При визитата на сервизния екип на Изпълнителя се съставя констативен протокол за извършеното техническо обслужване, вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването ѝ в два еднообразни екземпляра.

(10.2) Гаранционно (сервизно) обслужване

(10.2.1) Изпълнителят се задължава да осигури на Възложителя гаранционно обслужване на Медицинската апаратура в гаранционния срок. Изпълнителят се задължава да извършва с предимство гаранционното обслужване на Медицинската апаратура на Възложителя по време на целия гаранционен период, в срок не по-късно от 2 (два) дни от постъпване на заявка за обслужване от страна на Възложителя. Гаранционното обслужване се осъществява на място, в помещенията на Възложителя, от оторизирани представители на Изпълнителя.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Член 11.

(11.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

- (i) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
- (ii) с изтичане на уговорения срок;
- (iii) като Договор под условие, съгласно Чл. 114 от ЗОП при неосигуряване на финансиране за изпълнение на предмета на договора, като целеви средства за капиталови разходи от бюджета на МЗ, като в този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му;
- (iv) При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“) за срок по-дълъг от 30 (*тридесет*) дни;

(11.2) Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до Изпълнителя:

- (i) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на Изпълнителя на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията; или
- (ii) при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти в срока по гаранцията; или
- (iii) при забава продължила повече от 30 (*тридесет*) дни или при пълно неизпълнение на задължението на Изпълнителя за въвеждането в експлоатация на Медицинската апаратура, и/или за обучение на персонала на Възложителя; или

(11.3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

(11.4) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.

VII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ⁴

Член 12.

(21.1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната информация, получена при и по повод изпълнението на Договора:

(21.2) Някоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и

⁴Клаузата се поставя по преценка на страните

да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13.

(13.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.⁵

(13.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.

Член 14.

Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя;

Настоящият Договор се подписва в 3 еднообразни екземпляра – 2 за Възложителя и 1 за Изпълнителя.


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Изн. Директор (чл. 42, ал.5 от ЗОП)

Гл. Счетоводител:
(чл. 42, ал.5 от ЗОП)


ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
чл. 42, ал.5 от ЗОП

⁵Допустимо е да се уговори разглеждане на спора пред арбитраж.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на хемодиализни апарати за нуждите на ИОДС към МБАЛ Пазарджик АД

I. Апарати за хемодиализа – 5 броя

1. Изпълнението на поръчката обхваща: Изпълнителят доставя пет броя апарати за хемодиализа, съгласно техническите изисквания;
2. Гаранционен срок на апаратурата: не по малко от 36 месеца.

№	ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ - Задължителни минимални технически параметри и характеристики
	I. Апарати за хемодиализа:
1	Отворена система за диализни консумативи. Възможност за работа с консумативи (кръвни линии, диализатори, диализни концентрати /сухи и течни/ на различни производители, включително и български);
2	Цветен плосък скран със сензорно управление. Задаване на настройки и параметри на лечението чрез докосване на екрана;
3	Възможност за провеждане на ацетатна и бикарбонатна диализа
4	Държач за патрон със сух бикарбонат с възможност за работа с консуматив /картриджи/ на различни производители
5	Възможност за провеждане на диализно лечение "single needle" и "double needle";
6	Волуметричен контрол на ултрафилтрацията и секвенционална ултрафилтрация (Бергстрьом);
7	Скорост на ултрафилтрация от 0 до 4000 мл/ч;
8	Индивидуално програмируеми в неограничен брой комбинации профили за проводимост (обща), бикарбонатна проводимост, диализатен поток, температура на диализатния поток, ултрафилтрация и хепарин
9	Вградена алармена система, кръвен детектор- оптичен, цветовосприемлив, въздушен детектор на основата на ултразвук;
10	Регулиране на скоростта на диализатния поток от 300 до 800 мл/мин с индивидуални стъпки от 1 мл;
11	Регулиране на скоростта на кръвния поток от 50 до 600 мл/мин;
12	Регулиране на нивото в артериалната и венозна камери чрез натискане на икона на сензорния екран;
13	Възможност за настройване на работната температура в диапазон от +33 до +40°C;
14	Измерване на хидравлично налягане преди входа на диализатора
15	Изчисляване на уреен клирънс (kt/V) по време на диализата без необходимост от допълнителни консумативи;
16	Хепаринова помпа за спринцовки от 10 до 30 мл (болус функция), програмируемо вливане
17	Програмируеми режими за почистване и дезинфекция, за химическа, топлинна (над 85°C) или комбинация от химическа/топлинна дезинфекция, седмично програмируемо разписане за дезинфекция;
18	Аварийно електрозахранване (вградена батерия), гарантиращо работа минимум 20 минути в аварийен режим;
19	Стойка за апирогенен филтър за диализатния разтвор с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра;
20	Система за съхранение на информацията за пациентите на карта, разпознаваща всички индивидуални данни на пациентите, свързани с диализното лечение (запамятава данните за последните 50 терапии);

21	Онлайн хелп бутон, който осигурява възможност за обясняване на функцията на всяка една икона и функция на български език
22	Режим стендбай, при който разхода на електроенергия се свежда до минимум, а разхода на вода и концентрат до 0 мл/мин
23	Възможност за надграждане на апарата с допълнителни опции без ограничение в техния брой
24	Софтуер на български език, инструкции за употреба на български език
25	Вентил за проби

3. Максимална стойност на един брой апарат не може да надвишава 21 000,00 лв. без ДДС. Прогнозна стойност – 105 000,00 лв. без ДДС

II. Апарати за хемодиафилтрация – 2 броя

- 1. Изпълнението на поръчката обхваща:** Изпълнителят доставя два броя апарати за хемодиафилтрация, съгласно техническите изисквания;
- 2. Гаранционен срок на апаратурата:** не по малко от 36 месеца.

№	ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ - Задължителни минимални технически параметри и характеристики
	I. Апарати за хемодиафилтрация:
1	Възможност за работа с консумативи (кръвни линии, диализатори, диализни концентрати /сухи и течни/) на различни производители
2	Две помпи
3	Въртящ се цветен плосък екран със сензорно управление
4	Задаване на настройки и параметри на лечението чрез докосване на екрана
5	Възможност за провеждане на ацетатна и бикарбонатна диализа
6	Възможност за провеждане на следните терапевтични процедури: хемодиализа, изолизирана ултрафилтрация, хемофилтрация, хемодиафилтрация
7	Държач за патрон със сух бикарбонат с възможност за работа с консуматив /картриджи/ на различни производители
8	Възможност за провеждане на диализно лечение "single needle" и "double needle"
9	Волуметричен контрол на ултрафилтрацията чрез баланс камери и секвенционална ултрафилтрация (Бергстрьом)
10	Скорост на ултрафилтрация от 0 до 4000 мл/ч
11	Индивидуално програмируеми в неограничен брой комбинации профили за проводимост (обща), бикарбонатна проводимост, диализатен поток, температура на диализатния поток, ултрафилтрация и хепарин
12	Вградена алармена система, кръвен детектор – оптичен, цветочувствителен
13	Регулиране на скоростта на диализатния поток от 300 до 800 мл/мин с индивидуални стъпки от 1 мл
14	Регулиране на скоростта на кръвния поток от 50 до 600 мл/мин с индивидуални стъпки от 10 мл
15	Възможност за настройване на работната температура в диапазон от +33 до +40°C
16	Регулиране на нивото в артериалната и венозна камери чрез натискане на икона на сензорния екран
17	Измерване на хидравлично налягане преди входа на диализатора;
18	Изчисляване на уреен клирънс (kl/V) по време на диализата;
19	Хепаринова помпа за спринцовки от 10 до 30 мл (болус функция), програмируемо вливане;

20	Програмируеми режими за почистване и дезинфекция, за химическа, топлинна (над 85°C) или комбинация от химическа/топлинна дезинфекция, седмично програмируемо разписание за дезинфекция, Запаметяване на последните 150 дезинфекции;
21	Аварийно електрозахранване (вградена батерия), гарантиращо работа минимум 20 минути в аварийен режим;
22	Топлообменник;
23	Стойка за апирогенен филтър за диализна течност с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра;
24	Онлайн приготвяне на ултра чист физиологичен разтвор чрез система от двустепенен апирогенен филтър, осигуряващ чистотата на промивния разтвор
25	Онлайн приготвяне на апирогенни, стерилни заместващи разтвори за хемофилтрация и хемодиалитация
26	Опция за добавяне на заместващи разтвори чрез пре- и постдилуция;
27	Система за съхранение на информацията за пациентите на карта, разпознаваща всички индивидуални данни на пациентите, свързани с диализното лечение (запаметява данните за последните 50 терапии);
28	Онлайн хелп бутон, който осигурява възможност за обясняване на функцията на всяка една икона и функция на български език;
29	Режим степдбай, при който разхода на електроенергия се свежда до минимум, а разхода на вода и концентрат до 0 мл/мин;
30	Възможност за надграждане на апарата с допълнителни опции без ограничение в техния брой;
31	Порт за вземане на проби;
32	Софтуер на български език, инструкции за употреба на български език;

3. Максимална стойност на един брой апарат не може да надвишава 40 000,00 лв. без ДДС. Прогнозна стойност – 80000,00 лв. без ДДС

III. Водоочистваща система – 1 брой

- 1. Изпълнението на поръчката обхваща:** Изпълнителят доставя един брой **Водоочистваща система**, съгласно техническите изисквания;
- 2. Гаранционен срок на апаратурата: не по малко от 36 месеца.**

№	ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ - Задължителни минимални технически параметри и характеристики
	1. Водоочистваща система:
1	Система за деминаризация с обратна осмоза с микропроцесорно управление-автоматична, с капацитет мин. 150 л/час
2	Пречистване на 99,9 %
3	Въртящ се цветен плосък екран със сензорно управление
4	Задаване на настройки и параметри на лечението чрез докосване на скрана
5	Възможност за провеждане на ацетатна и бикарбонатна диализа
6	Възможност за провеждане на следните терапевтични процедури: хемодиализа, изолизирана ултрафилтрация, хемофилтрация, хемодиалитация

3. Максимална стойност на един брой апарат не може да надвишава 6 667,00 лв. без ДДС. Прогнозна стойност – 6 667,00 лв. без ДДС

IV. Участниците за Апарати за хемодиализа и Апарати за хемодиафилтрация следва да представят:

- Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника, съгласно действащата нормативна база в страната, където участникът съответно производителят е регистриран, в случай, че участника е производител
- Участниците да са оторизирани от производителите на оферираната апаратура за дистрибуция и гаранционен сервиз за съответната процедура, освен когато участника е производител
- Сертификат CE-mark /декларация за съответствие с Директива 93/42 EEC за апаратурата
- За предложеното оборудване участниците представят Декларация, че ще осигури гаранционно сервизно обслужване на апаратурата от оторизиран сервиз на производителя на територията на Република България.
- Да предоставят оригинални каталози от производителя на предлаганите апарати с маркирани / повдигнати / всички технически характеристики в пълно съответствие или по добро от това посочено в Техническата спецификация на Възложителя.
- Да представят декларация, че апаратите са фабрично нови, неупотребявани, недемонстрационни.

V. Срок за изпълнение на обществената поръчка: Изпълнителят доставя:

- пет броя апарати за хемодиализа за позиция №1,
- два броя апарати за хемодиафилтрация за позиция №2,
- един брой Водоочистваща система за позиция №3,
- в срок не повече от 20 календарни дни считано от Възлагателно писмо от Възложителя след сключване на договора за обществена поръчка по реда на чл. 114 от ЗОП - договор под условие. Начин на финансиране: Целеви средства за капиталови разходи от бюджета на МЗ.

Изготвил:

Д-р **чл. 2 от ЗЗЛД**ник НОДС

Забележка: Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, сертификат, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЗА ПОЗИЦИЯ № 2

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
„МБАЛ ПАЗАРДЖИК“ АД

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
**Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на хемодиализни апарати и водоочистваща
система за нуждите на НОДС към МБАЛ Пазарджик АД**

Настоящото предложение е подадено от:

ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА“

ЕИК чл. 2 от ЗЗЛД

и подписано от:

Я

в качеството ѝ на Управител

След като се запознах с документацията, условията за участие в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка и проекто-договора и приемам всички условия заложи в тях, заявявам, че предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в съответствие с условията на настоящата процедура, като предлагаме:

чл. 2 от ЗЗЛД

1. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За Доставка на два броя апарати за хемодиафилтрация, съгласно техническите изисквания, включително осигуряване на гаранционно обслужване за нуждите на НОДС към МБАЛ

353

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

Пазарджик АД, считано от Възлагателно писмо от Възложителя след сключване на договора за обществена поръчка по реда на чл. 114 от ЗОП

до 20 /двадесет/ календарни дни

Предложеният срок за изпълнение не може да бъде по-дълъг от 20 календарни дни.

2. СРОК ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА АПАРАТУРАТА:

Предлагаме срокът за гаранционно обслужване на доставената апаратура да е 60 /шестдесет/ месеца, считано от датата на подписване на протокола за пускането в експлоатация на апаратурата.

Предложеният срок не може да бъде по-кратък от 36 месеца.

3. Приемаме **Договорът** за доставка да се сключи по реда на чл. 114 от ЗОП - договор под условие, като след осигуряване на финансирането Възложителят заплаща договорената цена в срок **до 20 (двадесет) дни** след доставката, монтажа и пуска в експлоатация, обучение на персонала на Възложителя за работа с апаратурата и представяне от наша страна предвидените документи /фактури, приемно-предавателни протоколи/

4. Декларирам, че съм запозната със съдържанието на проекта на договора и присмам клаузите в него.

5. Декларирам, че срокът на валидност на офертата е **4 /четири/ месеца**, считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти.

Неразделна част от предложението е Образец – таблица за техническо съответствие.

Ако бъдем определени за изпълнител, приемаме задължението в 3-дневен срок след изтичане срока на обжалване по чл. 197 от ЗОП да представим гаранция за изпълнение на договора и документите по чл. 112 от ЗОП.

чл. 2 от ЗЗЛД

Подпис и печат:


Елена Георгиева – управител
"Георгиева")

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
„МБАЛ ПАЗАРДЖИК“ АД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ПОЗИЦИЯ № 2

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на хемодиализни апарати и водоочистваща система за нуждите на НОДС към МБАЛ Пазарджик АД

Постоящото предложение е подадено от:

ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА“

ЕИИ

и подписано от: **чл. 2 от ЗЗЛД**

в качеството ѝ на Управител

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

След като се запознах с документацията, условията за участие в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка и проекто-договора и приемам всички условия заложили в тях, заявявам, че предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в съответствие с условията на настоящата процедура, като предлаганата от нас:

- I. Цена за доставка на два броя апарати за хемодиалитрация, съгласно техническите изисквания, за нуждите на НОДС към МБАЛ Пазарджик АД в размер на **79 400,00 /седемдесет и девет хиляди и четиристотин/** лева без включен ДДС/, съответно в размер на **95 280,00 /деветдесет и пет хиляди двеста и осемдесет/** лева с ДДС.

Предлаганата цена не може да бъде по-висока от 80 000 лв. без ДДС


чл. 2 от ЗЗЛД

706

Цена за един брой апарат за хемодиафилтрация е:

39 700,00 /тридесет и девет хиляди и седемстотин/ без ДДС.

Предлаганата цена не може да бъде по- висока от 40 000 лв. без ДДС

Остойностяването е извършено в съответствие с характеристиките на апаратурата за доставка и на съпътстващите дейности, включени в предмета на поръчката и в пълно съответствие с описанието и изискванията на Възложителя, посочени в Документацията за участие в процедурата.

В предложената от нас цена е твърда, крайна цена в левове, която не подлежи на промяна за срока на действие на договора и включва всички разходи, данъци, вкл. ДДС, такси, транспорт, мита и др /включително пълната стойност на всички нейни възли, детайли, кабели, аксесоари и др./. Цената включва всички разходи за доставка на два броя фабрично нови, неупотребявани, недемонстрационни, съгласно техническа спецификация на възложителя апарати за хемодиафилтрация, монтажа и пуска в експлоатация, обучение на персонала, включително осигуряване на гаранционното сервизно обслужване на апаратите.

Предложената от нас цена е окончателна и не подлежи на промяна за целия срок на действие на договора за обществена поръчка, освен в случаите, посочени в чл. 116 от ЗОП.

Ако бъдем определени за изпълнител, приемаме задължението в 3-дневен срок след изтичане срока на обжалване по чл. 197 от ЗОП да представим гаранция за изпълнение на договора и документите по чл. 112 от ЗОП

Подпис и печат: **чл. 2 от ЗЗЛД**

Ел. Анка Янкова Георгиева")

чл. 2 от ЗЗЛД

707